



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0102616
DATA: 13/09/2016
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA a DISPOSITIVI MEDICI per ENDOSCOPIA DIGESTIVA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0102616_2016_Lettera_firmata:	27DDDA22FEDE78F349848AC36A8EE09B1ABA4822681D379A2F8E5DAC86FB5BF4
PG0102616_2016_Allegato1:	EC348E4D7EDEB970C939929E482A0D6A4F80BF1A9418312B84BBDA7A99D32631



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari
Loro Sedi

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA a DISPOSITIVI MEDICI per ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Dovendo procedere ad una indagine conoscitiva di mercato relativa a DISPOSITIVI MEDICI per ENDOSCOPIA DIGESTIVA, si allega elenco dei dispositivi richiesti.

Non è necessario che gli operatori economici registrati nella categoria di cui alla presente indagine propongano tutti i prodotti in elenco, è possibile partecipare all'indagine anche per un solo prodotto;

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti descritti dovrà inviare **la sola documentazione tecnica** allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan fax 051 6079989, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: **servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it**, entro e non oltre le ore 12 del giorno 28/09/2016.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Pandolfo Petrucci
(Per la Dott.ssa Rosanna Campa

)

Responsabile procedimento:
Paola Maria Gritti

nuova numerazione	Codice C.N.D. - Classificazione di cui al D.M. 20.02.2007	tipologia prodotto	descrizione	misure	
1	G0301010202	Dilatatore pneumatico per acalasia. <input type="checkbox"/>	Palloncino in materiale anelastico a bassa compliance, resistente alle alte pressioni. Catetere a doppio lume per inserimento filo guida. Utilizzabile con filo guida da .038 inch (incluso nella confezione); punta distale morbida atraumatica. Markers radiopachi. Sterile, monouso. DEVE ESSERE FORNITA PISTOLA DI GONFIAGGIO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER OGNI TIPO DI DILATATORE.	Lunghezza catetere 90 cm, Lunghezza pallone 10 cm, Diametro pallone 30-35-40 mm	
2	G03020302	Ansa di profilassi emorragica	Sistema premontato monouso, possibilità di utilizzo in canale endoscopico da 2,8 mm; in confezione sterile, composto da: sonda con dispositivo di sganciamento lacci.	Lunghezza introduttore 230 cm; diametro ansa 30 mm	
3 a-b	G030202	a) Dispositivo endoscopico per il posizionamento di clips per via endoscopica, per emostasi e/o marcatura pre operatoria <input type="checkbox"/>	Sistema premontato per un veloce utilizzo in procedura di emergenza. Utilizzabile in canale di lavoro da 2.8 mm, capacità rotante del fissaclip. Il set deve comprendere: fissaclip e due confezioni clips, fissaclip riutilizzabile-riutilizzabile, clips in confezione sterile	Lunghezza operativa 230 cm	
	G030202	b) Clip in confezione sterile	clip in confezione sterile, di diverse misure, utilizzabili con applicatore di clip riutilizzabile	confezioni da 40 clip	
4	G030204	Catetere emostatico bipolare per emostasi combinata, termica-iniettiva non varicosa per utilizzo canali operativi endoscopici <input type="checkbox"/>	Corpo catetere resistente rivestito da materiale idrofilo, configurazione elettrodi a spirale, canale di irrigazione integrato, cursore ago robusto e scorrevole con escursione costante di 4/5 mm., dispositivo di spegnimento automatico nel caso di superamento limiti termici (100°C), spinotto standard per collegamento all'ele ttrobisturi in dotazione, sterile, monouso	catetere da 7 e 10 fr. lunghezza oltre i 200 cm, ago retrattile da 25 g	
5	P0502	Protesi Stent	Stent con marker radiopachi premontato su sistema di rilascio. Il sistema di rilascio deve avere funzionalità di elettro cauterizzazione, adatto per ecoendoscopia		
6	A019099	AGO PER NEUROLISI DEL PLESSO CELIACO	composto da: guaina con ago, impugnatura ergonomica con scala graduata per controllo fuoriuscita ago, sterile, monouso	20 G 6FR 140 CM CIRCA	
7	A01020102	AGO PER ACCESSO AD ALTA DEFINIZIONE	ago per accesso filo guida per via ecoendoscopica composto da: guaina con ago, stiletto interno con punta a becco di flauto più lungo della punta dell'ago impugnatura ergonomica con scala graduata per controllo fuoriuscita ago, siringa da 5 o 10cc adattatore Luer lock sterile, monouso	19G	