



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0008711

DATA: 20/01/2017

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 1 Sistema Polifunzionale per Radiologia Digitale Diretta da destinare al PS Ospedale Maggiore Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-03]

DOCUMENTI:

File Hash

PG0008711\_2017\_Lettera\_firmata: 5416F63541024B77C59FA0A0D1729A5CE1842B5D2033D5CBDC5C6787EF1D2F7E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

Operatori Economici vari  
Loro Sedi

**OGGETTO:** Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 1 Sistema Polifunzionale per Radiologia Digitale Diretta da destinare al PS Ospedale Maggiore Bologna

Con la presente si intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto **n. 1 Sistema Polifunzionale per Radiologia Digitale Diretta da destinare al PS Ospedale Maggiore Bologna**, come meglio esplicitato di seguito, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE INDISPENSABILI DEL SISTEMA**

##### **1) POSSIBILITA' DI ESECUZIONE DELLE SEGUENTI MOVIMENTAZIONI:**

- proiezioni laterali di 90° (possibilità di eseguire proiezioni latero-laterali del paziente sul piano d'esame senza girare il paziente) ;
- Esami diretti a contatto con il detettore digitale con esclusione del piano d'esame anche nelle posizioni verticali del piano a  $\pm 90^\circ$ .
- Possibilità di esecuzione esami su pazienti barellati con posizionamento diretto sul detettore;
- completa accessibilità al paziente da tre lati con spazio per l'operatore posizionato anche posteriormente al piano d'esame

##### **2) IDONEO ALLA TOMOSINTESI OSSEA**

##### **3) PRESENZA DI UN SISTEMA DI CENTRAMENTO E POSIZIONAMENTO AREA ESAME TRAMITE TELECAMERA SENZA NECESSITA' DI RADIAZIONE**

##### **4) CONSENTE INDAGINI CHE RICHIEDONO SCOPIA**

**Stefania Zuccarelli**

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)  
051 6079938  
stefania.zuccarelli@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



PER OGUNO DEI PUNTI SOPRA RIPORTATI SPECIFICARE LE MOTIVAZIONI PER CUI LA CARATTERISTICA RISULTA INDISPENSABILE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' A CUI E' DESTINATA L'APPARECCHIATURA/IL MATERIALE:

1. CONSENTE L'EFFETTUAZIONE DI PROIEZIONI ATTUALMENTE NON POSSIBILI IN PAZIENTI NON COLLABORANTI (soprattutto gravi traumatizzati)
2. TRAMITE TOMOSINTESI PUO' EVITARE IL RICORSO AD INDAGINI TC IN PAZIENTI CON SOSPETTE FRATTURE ARTICOLARI (riduzione dose erogata e riduzione dell'occupazione della TC di PS per indagini articolari)
3. RIDUZIONE DELLA DOSE RX EROGATA
4. POSSIBILITA' DI EFFETTUARE INDAGINI CHE RICHIEDONO SCOPIA IN PS (es. transiti esofagei o valutazioni patologie polmonari)

Qualora la ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare *la sola documentazione tecnica* alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano via e mail all'indirizzo di posta elettronica **s.zuccarelli@ausl.bologna.it** entro e non oltre le ore 12 del giorno 7/2/2017

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Responsabile procedimento:  
Stefania Zuccarelli