



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0045725
DATA: 11/04/2017
OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 1 piantone mobile per tavolo operatorio a piani traferibili per il Blocco Operatorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-03]

DOCUMENTI:

| File | Hash |
|---------------------------------|--|
| PG0045725_2017_Lettera_firmata: | 9375890B3808D65D98F3F7DFC04E6D591B3DC590440C6D23A87C680317D253E3 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Ditte varie
Loro sedi

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 1 piantone mobile per tavolo operatorio a piani traferibili per il Blocco Operatorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'apparecchiatura in oggetto, con le seguenti caratteristiche:

- Piantone compatibile con piano operatorio Maquet mod. 1150-30 già in dotazione al blocco operatorio;
- Piantone compatibile con carrello di trasporto Maquet mod. 1146-60 già in dotazione al blocco operatorio;
- Portata statica di peso paziente, con il piano operatorio per cui è richiesta la compatibilità, non inferiore a kg 380;
- Portata dinamica non inferiore a kg. 225 in qualsiasi posizione del piano operatorio per cui è richiesta la compatibilità;
- Movimentazione trendelemburg/antitrendelemburg, con il piano operatorio per cui è richiesta la compatibilità, non inferiore a $\pm 40^\circ$;
- Movimentazione tilt/antitilt, con il piano operatorio per cui è richiesta la compatibilità, non inferiore a $\pm 25^\circ$;
- Traslazione longitudinale del piano operatorio, per l'utilizzo ottimale con strumenti di diagnostica radiologica, non inferiore a 300 mm;
- Ampio range di escursione alto/basso della colonna (indicativamente 700-1100 mm);
- Batterie ricaricabili, integrate nel piantone, di elevata autonomia;
- Pulsantiera di controllo integrata nella colonna;
- Telecomando IR (con relativa base di ricarica) e telecomando a cavo per il controllo della colonna e del piano operatorio per cui è richiesta la compatibilità;
- Autolivellamento del piano tramite pulsante dedicato;

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare *la sola documentazione tecnica* alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre **le ore 12 del giorno 28/04/2017**



A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Pandolfo Petrucci

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi

Angela Bellanova
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079696
angela.bellanova@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202