

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0126888

DATA: 27/10/2017

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura in "Service di cateteri Picc e sistemi di accesso venoso totalmente impiantabili con punta chiusa valvolata e relativo strumento per posizionamento eco guidato per AUSL Bologna"

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-04]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0126888_2017_Lettera_firmata:	5015BE0510208B6EC356EAA0DE6803D0BC90C07D29EC3C1413E2737FEB8DC953



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

Operatori Economici vari
Loro Sedi

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura in "Service di cateteri Picc e sistemi di accesso venoso totalmente impiantabili con punta chiusa valvolata e relativo strumento per posizionamento eco guidato per AUSL Bologna"

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il sistema in oggetto.

APPARECCHIATURA:

Ecografo per il posizionamento di cateteri Picc e Port Groshong con le seguenti caratteristiche:

- sistema portatile, con ampio schermo;
- funzionamento sia a rete elettrica che a batteria con autonomia non inferiore a 2 ore;
- sonda lineare di forma e dimensioni idonee per il posizionamento di Picc e Port , dotata di accessori per l'inserimento delle guide;
- sistema HW/SW per la visualizzazione dei dispositivi per accesso vascolare e della traiettoria durante il posizionamento.


MATERIALE DI CONSUMO:

1. CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME AD INSERIMENTO PERIFERICO (p.i.c.c.) IN SILICONE CON PUNTA CHIUSA VALVOLATA resistente alle alte pressioni 4F 60 CM con stiletto punta magnetica per tecnica eco-guidata; set completo con microintroduttore, guida per ago, elettrodo per ECG
2. SISTEMA DI ACCESSO VENOSO TOTALMENTE IMPIANTABILE CON CAMERA IN MATERIALE PLASTICO E CATETERE IN SILICONE CON PUNTA CHIUSA VALVOLATA 8F 45 cm resistente alle alte pressioni

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare *la sola documentazione tecnica* alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano fax 051 6079989, ovvero all'indirizzo di posta elettronica **silvia.mingardi@ausl.bologna.it** entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 06/11/2017.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Dott.ssa Rosanna Campa



Firmato digitalmente da:

Pandolfo Petrucci

Responsabile procedimento:
Anna Maria Testa

Silvia Mingardi
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
051 6079940
silvia.mingardi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202