



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0138020  
DATA: 22/11/2017  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A POMPA INFUSIONALE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE indicata per la somministrazione di farmaci per il trattamento della spasticità grave (baclofene) per via intratecale/spinale

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0138020_2017_Lettera_firmata:	667142840FD86A35EED2FCCFE40C1EB2577A5D31E475BFC8A789F405C05C4AD2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari  
Loro Sedi

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A POMPA INFUSIONALE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE indicata per la somministrazione di farmaci per il trattamento della spasticità grave (baclofene) per via intratecale/spinale

Dovendo procedere ad una indagine di mercato relativa a:

**POMPA INFUSIONALE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE** indicata per la somministrazione di farmaci per il trattamento della spasticità grave (baclofene), per via intratecale / spinale, comprensiva dei relativi cateteri per somministrazione nello spazio intratecale / epidurale.

Pompa in titanio di peso non superiore a 165 g (da vuota), alimentata a batteria. Programmabile dall'esterno tramite unità di controllo per via telemetrica, con alimentazione preferibilmente a batteria.

Dotata di sistema di controllo del flusso infuso, flusso minimo programmabile : circa 0,1 ml/die.

Compatibilità con RMN fino a 3 Tesla.. Latex-free.

Serbatoio con capacità 20 ml circa, per utilizzo nel paziente pediatrico. e nel paziente adulto.

si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza tali dispositivi medici.


Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan fax 051 6079989, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it, **entro e non oltre le ore 12 del giorno 7.12.2017.**

Distinti saluti.

Per IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO  
(Dr.ssa Rosanna Campa)

Firmato digitalmente da:



Pandolfo Petrucci

Responsabile procedimento:  
Maria Ferrari

**Alice Lenzi**  
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)  
0516079733-49733  
alice.lenzi@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202