



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0142653
DATA: 01/12/2017
OGGETTO: Indagine di mercato relativa a n.2 videobroncoscopi necessari all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-03]

DOCUMENTI:

| File | Hash |
|---------------------------------|--|
| PG0142653_2017_Lettera_firmata: | 2DC9E61D6733F290C07A60E8F6EFE66EC1D040904A1A9B65B9855C49842ADF6B |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Ditte varie
Loro sedi

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a n.2 videobroncoscopi necessari all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

n. 1 Videobroncoscopio sottile con diametro distale non superiore a 5,5 mm, lunghezza operativa indicativamente 600 mm, campo di vista non inferiore a 120°. Compatibile con videoprocessore marca PENTAX modello EPK3000.

n. 1 Videoecobroncoscopio con diametro distale non superiore a 7,5 mm, lunghezza operativa indicativamente 600 mm, campo di vista non inferiore a 100°, tipologia di scansione convex con angolo di scansione indicativamente 75°. Compatibile con videoprocessore marca PENTAX modello EPK3000 e ecografo HITACHI modello HI VISION PREIRUS-E.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitan, all'indirizzo di posta elettronica angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 10 del giorno 15/12/2017.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Pandolfo Petrucci

Responsabile procedimento:



Giuseppe Giorgi

Angela Bellanova

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079696
angela.bellanova@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202