



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0096181  
DATA: 31/07/2018  
OGGETTO: Indagine di mercato relativa a SERVICE DI SISTEMI PER LA LAVORAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI per il Servizio Trasfusionale AUSL BO. Comunicazione di non conformita'

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci Di Vacone

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0096181_2018_Lettera_firmata.pdf:	Petrucci Di Vacone Pandolfo	C7264B30232D9064037B5FEB3858A4A1A 86D8D99D45AF4201EDF87AC36767BED



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

**FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON  
UNICO SOCIO**  
tender-it@fki-srl.legalmail.it

**OGGETTO:** Indagine di mercato relativa a SERVICE DI SISTEMI PER LA LAVORAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI per il Servizio Trasfusionale AUSL BO. Comunicazione di non conformita'

A seguito della manifestazione di interesse inviata in data 05.06.2018 e delle valutazioni da parte del Servizio Ingegneria Clinica, con la presente spiace comunicare che la stessa non puo' essere accolta per le seguenti motivazioni:

la soluzione proposta da Codesta Ditta, contrariamente a quanto evidenziato nella richiesta della stazione appaltante (utilizzo di una sola apparecchiatura dedicata), prevede che la produzione del pool piastrinico venga, invece, effettuata in due passaggi (inserimento dell'assemblato in centrifuga e successiva separazione dal surnattante sullo scompositore).

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

per la D.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:  
Pandolfo Petrucci Di Vacone

Responsabile procedimento:  
Anna Maria Testa