

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOPSO\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0018923  
DATA: 24/09/2018  
OGGETTO: Parere tecnico su una indagine di mercato per l'acquisizione di un sistema di iniezione CO2 per Radiologia Interventistica.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Paride Lambertini

CLASSIFICAZIONI:

- [06-03]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0018923_2018_Lettera_firmata.pdf:	Lambertini Paride	E77A7490E22CB4525C4A256B537C4A174 5EF2496C025789276EF3F6365C7F2E2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

INGEGNERIA CLINICA E INFORMATICA MEDICA

Giuseppe Giorgi Servizio Acquisti  
Metropolitano  
giuseppe.giorgi@ausl.bo.it

**OGGETTO:** Parere tecnico su una indagine di mercato per l'acquisizione di un sistema di iniezione CO2 per Radiologia Interventistica.

A seguito della analisi tecnica e di applicazione clinica delle offerte pervenute in risposta all'indagine di mercato avente per oggetto il noleggio di un sistema di iniezione di CO2 nell'ambito dell'attività interventistica di radiologia l'unica offerta che risponde pienamente alle caratteristiche tecniche indicate è il sistema offerto dalla ditta ANGIODROID.

In particolare si precisa che il sistema offerto dalla ditta SEDA è costituito solo dal dispositivo di iniezione (siringa, rubinetto a tre vie e linee di collegamento) e permette l'infusione di CO2 esclusivamente in modalità manuale e non automatica, con impostazione dei parametri di infusione (volume e pressione), richiesti.

Si chiede pertanto di procedere con la richiesta di offerta alla ditta NGC Medical srl distributrice del sistema ANGIODROID.

Cordiali saluti.

Responsabile procedimento:  
Paride Lambertini

Firmato digitalmente da:  
Paride Lambertini

**Paride Lambertini**  
INGEGNERIA CLINICA E INFORMATICA MEDICA