



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0128017
DATA: 23/10/2018
OGGETTO: Indagine di mercato per Sistema automatizzato di biologia molecolare per la diagnosi rapida dei microrganismi patogeni per l'AOU BO. Comunicazione di non conformita'.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci Di Vacone

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0128017_2018_Lettera_firmata.pdf:	Petrucci Di Vacone Pandolfo	E9704C677BD2EA12B456FA3C36CF5854 BEFFA68A23DD5558BB0732DCD6F70D03



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

EUROSPITAL SPA
eurospital.clientiofferte@pec.it

OGGETTO: Indagine di mercato per Sistema automatizzato di biologia molecolare per la diagnosi rapida dei microrganismi patogeni per l'AOU BO. Comunicazione di non conformità'.

A seguito della manifestazione di interesse inviata in data 21/09/2018 prot. 114743 e delle valutazioni da parte del Servizio Ingegneria Clinica, con la presente spiace comunicare che la stessa non può essere accolta in quanto il sistema proposto, basato su piattaforma HS24, non risponde ai seguenti requisiti indispensabili:

- rif. 2: non esegue l'estrazione automatica; ancorchè la tecnologia DNA FLOW Chip per la maggior parte dei fluidi richiesti non necessita di estrazione;
- rif. 5: durata del test di 3 ore;
- rif. 10: non dispone del pannello Patogeni intestinali (batteri, virus, parassiti) da feci.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Pandolfo Petrucci Di Vacone

Responsabile procedimento:
Anna Maria Testa