



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0128020
DATA: 23/10/2018
OGGETTO: Indagine di mercato per Sistema automatizzato di biologia molecolare per la diagnosi rapida dei microrganismi patogeni per l'AOU BO. Comunicazione di non conformita'.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci Di Vacone

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0128020_2018_Lettera_firmata.pdf:	Petrucci Di Vacone Pandolfo	3F8A9D689B5A21913B676FDF9958FF595 944155615E00C3D782D1576511D1DFE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

QIAGEN srl
tenderoffice-it@qiagen.com

OGGETTO: Indagine di mercato per Sistema automatizzato di biologia molecolare per la diagnosi rapida dei microrganismi patogeni per l'AOU BO. Comunicazione di non conformita'.

A seguito della manifestazione di interesse inviata in data 21/09/2018 prot. 114743 e delle valutazioni da parte del Servizio Ingegneria Clinica, con la presente spiace comunicare che la stessa non puo' essere accolta in quanto il sistema proposto, basato su piattaforma QIASTAT-DX, non risponde ai seguenti requisiti indispensabili:

- rif. 9: non dispone del pannello Patogeni da emocoltura positiva (Gram +, gram -, miceti e mutazioni associate alle principali resistenze agli antibiotici).
- rif. 11: non dispone del pannello Patogeni (batteri, virus, lieviti) da liquido cerebrospinale.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

per la D.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Pandolfo Petrucci Di Vacone

Responsabile procedimento:
Anna Maria Testa