



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0128021
DATA: 23/10/2018
OGGETTO: Indagine di mercato per Sistema automatizzato di biologia molecolare per la diagnosi rapida dei microrganismi patogeni per l'AOU BO. Comunicazione di non conformita'.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci Di Vacone

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0128021_2018_Lettera_firmata.pdf:	Petrucci Di Vacone Pandolfo	DD4A50BCB53F68BB4E5C5F21E86E9317 6C4581AE6516A6240AA1FE5C56120278



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

BECTON DICKINSON ITALIA SPA
bdufficiogare@legalmail.it

OGGETTO: Indagine di mercato per Sistema automatizzato di biologia molecolare per la diagnosi rapida dei microrganismi patogeni per l'AOU BO. Comunicazione di non conformita'.

A seguito della manifestazione di interesse inviata in data 21/09/2018 prot. 114743 e delle valutazioni da parte del Servizio Ingegneria Clinica, con la presente spiace comunicare che la stessa non puo' essere accolta in quanto il sistema proposto non risponde ai seguenti requisiti indispensabili:

- rif. 5: durata del test di circa 2 ore;
- rif. 8: non dispone del pannello per patogeni respiratori (virus e batteri) da materiale respiratorio;
- rif. 9: non dispone del pannello Patogeni da emocoltura positiva (Gram +, gram -, miceti e mutazioni associate alle principali resistenze agli antibiotici);
- rif. 11: non dispone del pannello Patogeni (batteri, virus, lieviti) da liquido cerebrospinale.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

per la D.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Pandolfo Petrucci Di Vacone

Responsabile procedimento:
Anna Maria Testa