



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0140340
DATA: 20/11/2018
OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di un laser giallo micro pulsato necessario all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Ns. prot. 125320 del 17/10/2018

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pandolfo Petrucci Di Vacone

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-05]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0140340_2018_Lettera_firmata.pdf:	Petrucci Di Vacone Pandolfo	D64BFC47658958C21392803801E714CFA D866B1C9023EBEE629FFB32F4E13B09



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

DITTA E-MED SRL
commerciale@e-med.it

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di un laser giallo micro pulsato necessario all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Ns. prot. 125320 del 17/10/2018

Si fa seguito alla Vostra documentazione tecnica relativa al materiale dell'indagine di mercato, per precisare che l'Ingegneria Clinica e informatica Medica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna ha comunicato, con nota agli atti dell'AUSL che :

- Il laser offerto ha la lunghezza di 577nm, ma, pur permettendo trattamenti retinici, non presenta la possibilità di effettuare trattamenti transfoveali certificati dal produttore
- Presenta un sistema di pattern regolabile ed impostabile con trattamenti sottosoglia

Pertanto il prodotto offerto non soddisfa quanto richiesto.

Distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Pandolfo Petrucci Di Vacone

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi