



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0002026

DATA: 08/01/2019

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a n.1 Angiografo Mobile Multidisciplinare da destinare all'UO di Chirurgia Vascolare. Ns. Prot. 139763 del 19.11.2018

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-05]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0002026_2019_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	0CFEC6142F04A4CF3887D65B4BEED64E DA81B229FB9DE192D7BDDE61E7F81F1F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

EUROCOLUMBUS S.R.L.
eurocolumbus@legalmail.it

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a n.1 Angiografo Mobile Multidisciplinare da destinare all'UO di Chirurgia Vascolare. Ns. Prot. 139763 del 19.11.2018

Si fa seguito alla Vostra documentazione tecnica relativa al sistema oggetto dell'indagine di mercato, per precisare che l'Ingegneria Clinica dell'Azienda Usl di Bologna, ha comunicato, con nota agli atti dello scrivente Servizio che il sistema proposto non risponde alle specifiche tecniche richieste per le seguenti motivazioni:

Tecnologia CMOS: non ha indicato alcun prodotto quindi non valutabile

Dimensioni detettore 30x30: non ha indicato alcun prodotto quindi non valutabile

Risoluzione 3k x 3k: non ha indicato alcun prodotto quindi non valutabile

Motorizzazione su 4 assi robotizzato con movimenti controllati da joystick: non ha indicato alcun prodotto quindi non valutabile

Aggiornamento a 3D con volume 20 cm³: non ha indicato alcun prodotto quindi non valutabile

Sistema di raffreddamento ad elevata dispersione termica (100kHU/minuto) e software di gestione del surriscaldamento: non ha indicato alcun prodotto quindi non valutabile

Distinti saluti.

"Per la Dott.ssa Rosanna Campa"

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi