## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO

**REGISTRO:** Protocollo generale

NUMERO: 0001786

DATA: 07/01/2019

OGGETTO: Esito dell'indagine di mercato relativa alla fornitura in "Service di un sistema per il

> trattamento mini invasivo della patologia emorroidaria(sistema laser endovascolare) " necessario all'Azienda USL di Imola " - Ns. prot.11500888 del

13/12/2018

## SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

## **CLASSIFICAZIONI:**

[05-01-04]

## DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

PG0001786\_2019\_Lettera\_firmata.pdf: Giorgi Giuseppe 992AF4D3B62B4A1CB3536F2DCEFD46E3 B10930770B6FC3F78EB8CED01A061E21



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del DIgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

BIOLITEC ITALIA SRL a.saita@biolitec.it

THD S.P.A. gare@thdlab.com

OGGETTO: Esito dell'indagine di mercato relativa alla fornitura in "Service di un sistema per il trattamento mini invasivo della patologia emorroidaria(sistema laser endovascolare) "necessario all'Azienda USL di Imola" – Ns. prot.11500888 del 13/12/2018

Si fa seguito alla Vostra documentazione tecnica relativa al materiale dell'indagine di mercato, per precisare che l'Ingegneria Clinica dell' AUSL di Imola, ha comunicato, con nota agli atti dello scrivente Servizio, che:

-il sistema proposto dalla ditta Biolitec Italia non corrisponde alla caratteristica: Legatura guidata dei moduli emorroidei, con apposito alloggiamenti porta ago e quindi è da ritenersi non conforme;

- il sistema proposto dalla ditta THD Spa è conforme a quanto richiesto .

Distinti saluti.

"Per la Dott.ssa Rosanna

Campa"

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento: Giuseppe Giorgi