



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0154525
DATA: 20/12/2018
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE PER LA RIMOZIONE DI TROMBI INTRACRANICI CON POMPA DI ASPIRAZIONE E UN SISTEMA DI SPIRALI AD ELEVATO RIEMPIMENTO PER IL TRATTAMENTO DI ANEURISMI NECESSARI ALLA NEURORADIOLOGIA DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0154525_2018_Lettera_firmata.pdf	Giorgi Giuseppe	7E1D4CB221096DBE952AE71752FF80B6 66930CC11CBA389164E6C8B65DB7B21F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Ditte varie
Loro sedi

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE PER LA RIMOZIONE DI TROMBI INTRACRANICI CON POMPA DI ASPIRAZIONE E UN SISTEMA DI SPIRALI AD ELEVATO RIEMPIMENTO PER IL TRATTAMENTO DI ANEURISMI NECESSARI ALLA NEURORADIOLOGIA DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

Dovendo procedere ad eventuale procedura di gara, con la presente si richiede a codesta Ditta se produce e/o commercializza quanto segue:

1) Sistema di trombo aspirazione approvato per la rimozione di trombi intracranici in pazienti colpiti da ictus ischemico, preferibilmente così composto:

- Catetere da aspirazione di adeguata lunghezza, con calibri differenti sino a 0.68 fornito in Kit con tubi di aspirazione sterili
- Microcatetere e cateteri intermedi con lunghezza, calibro e diametro interno idonei alla navigazione coassiale del catetere di trombo aspirazione ed al rilascio e recupero di stent Retriever.
- Cateteri selettivi per la cannulazione coassiale dei tronchi sopra-aortici, di lunghezza tra i 120 ed i 130 cm e calibro 5F
- Pompa meccanica di aspirazione e relativi accessori

2) Sistema di Spirali ad Elevato Riempimento per il trattamento di aneurismi intracranici giganti o per occlusione di vasi della testa e del collo, composto preferibilmente come segue:

1. Spirali in lega di platino con diametro del filamento primario pari o superiore a 0.020", ad elevata conformabilità e morbidezza, con distacco di tipo meccanico controllato. Differenti conformazioni, gradi di morbidezza, diametri (da almeno 2 ad oltre 30 mm), lunghezza (sino a 60 cm)
2. Microcatetere dedicato al rilascio di spirali ad elevato riempimento, con differenti conformazioni della punta, 3 differenti lunghezze, 2 marker radiopachi, lume interno almeno 0.25"
3. Dispositivo monouso per il distacco meccanico delle spirali,



Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare *la sola documentazione tecnica* allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano ovvero all'indirizzo di posta elettronica angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 10 del giorno 08/01/2019

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Stefania Zuccarelli