



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0041225
DATA: 01/04/2019
OGGETTO: Indagine di mercato relativa a ECOGRAFO INTRA OPERATORIO PER CHIRURIGIA EPATICA necessario all'Azienda USL di Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01-03]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0041225_2019_Lettera_firmata.pdf	Giorgi Giuseppe	CF9132547035302B8AE6F591C0C1DEC9 983692989F1F9983CBBDAFB51F49B97



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici vari
Loro Sedi

UO Ingegneria Clinica (SC)

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a ECOGRAFO INTRA OPERATORIO PER CHIRURGIA EPATICA necessario all'Azienda USL di Bologna

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura meglio indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. ECOGRAFO INTRA OPERATORIO PER CHIRURGIA EPATICA

Le caratteristiche imprescindibili dell'attrezzatura sono rappresentate da:

- sonde sterilizzabili che non necessitino di guaina protettiva;
- software per uso del mezzo di contrasto;
- sonda laparoscopica, sonda biplanare e presenza di guida per eseguire biopsie su lesioni intraparenchimali
- possibilità di valutazione flusso (velocità e direzione) indipendentemente dall'angolo di insonazione


Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi l'attrezzatura sopra descritta dovrà inviare la sola documentazione tecnica sul portale Intercent-ER della Regione Emilia Romagna, ovvero all'indirizzo di posta elettronica daniela.cavedoni@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 10 del giorno 17/04/2019.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi



Daniela Cavedoni
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
0516079638
daniela.cavedoni@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202