



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0122631
DATA: 05/11/2019
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE PLURIENNALE FULL RISK SU RM 3.0 T E TAC DUAL ENERGY INSTALLATE PRESSO L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0122631_2019_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	5587E7458A06202E54C5F216AA55B74A1 8FAFD8EB02389288804D64E146A4F0D
PG0122631_2019_Allegato1.pdf:		641FC8F52093D8FC2AC55E30F06DA296 77362827A25264A64C94713A7F2ACA80



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI

Azienda USL di Bologna Elisabetta
Sanvito
elisabetta.sanvito@ausl.bologna.it

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE PLURIENNALE FULL RISK SU RM 3.0 T E TAC DUAL ENERGY INSTALLATE PRESSO L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura di Servizi di assistenza sulle seguenti attrezzature site presso l' Istituto Ortopedico Rizzoli :

- RM 3.0T General electric modello Discovery MR 750W GEM
- TAC Dual Energy General electric modello Discovery CT 750-Revolution HD

I requisiti minimi sono indicati in Allegato

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza sul Portale Intercent della Regione Emilia Romagna e/o alla e-mail dario.bani@ausl.bologna.it entro le ore: **10.00 del giorno 22/11/2019.**

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

per la D.ssa Rosanna Campa



Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Dario Bani

Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079762
dario.bani@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Apparecchio: Risonanza Magnetica 3.0 Tesla

Fabbricante: General Electric

Modello: **DISCOVERY MR 750W GEM**

Repertorio: 466234

Comprensivo dei seguenti componenti

- Bobine
- monitor ossigeno
- TV circuito chiuso
- Workstation di post elaborazione
- metal detector portatile

REQUISITI RICHIESTI

- personale adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza coerenti con la direttiva Dispositivi Medici (CE 93/42 - RUE 2017/745) **per lo specifico apparecchio**
- fornitura di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo quanto previsto all'art 23 del Regolamento Europeo 2017/745
- garanzia che le manutenzione preventive vengano eseguite (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante/produttore
- Sistema gestione Qualità certificato ISO 13485 (Dispositivi Medici)

TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO

CONTRATTO DI TIPO FULL RISK comprendente:

- illimitati interventi su chiamata
- monitoraggio da remoto funzionalità e sicurezza
- interventi di manutenzioni preventive con cadenza trimestrale e secondo protocollo definito dal fabbricante o equivalente
- verifica di sicurezza in conformità alle norme EN 60601-1
- ricambi e componenti varie incluse
- ricarica criogeni
- manutenzioni periodiche sulle parti in movimento
- gestione aggiornamenti e revisioni conseguenti eventuali avvisi di sicurezza sul Dispositivo Medico e Software Dispositivo Medico

LIVELLI DI SERVIZIO

Presenza di Centro per ricezione chiamate con numero verde o modalità analogo

Orari di lavoro

lun-ven 8.00-18.00

Tempistiche

Tempi intervento: 8 ore lavorative dalla chiamata

Tempi di ripristino: 16 ore lavorative dalla chiamata

Giornate di fermo macchina massime (escluse Manutenzioni Preventive) : 11 giorni su base annua

Interventi periodici

manutenzioni preventive/programmate a cadenza trimestrale

Nr. 1 verifica di sicurezza elettrica

Apparecchio: Tomografo Assiale computerizzato Dual Energy

Fabbricante: General Electric

Modello: **DISCOVERY CT750 - REVOLUTION HD**

Repertorio: 377894

Comprensivo dei seguenti componenti

- WORKSTATION AW VOLUME SHARE 5 DEXUS (INCLUSI SOFTWARE)

- POSTAZIONE DI POST PROCESSING AGGIUNTIVA "CLIENT"

REQUISITI RICHIESTI

- personale adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza coerenti con la direttiva Dispositivi Medici (CE 93/42 - RUE 2017/745) **per lo specifico apparecchio**
- fornitura di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo quanto previsto all'art 23 del Regolamento Europeo 2017/745
- garanzia che le manutenzione preventive vengano eseguite (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante/produttore
- Sistema gestione Qualità certificato ISO 13485 (Dispositivi Medici)

Tipologia di servizio richiesto:

CONTRATTO DI TIPO FULL RISK comprendente

- illimitati interventi su chiamata
- interventi di manutenzioni preventive con cadenza quadrimestrale e secondo protocollo definito dal fabbricante o equivalente
- verifica di sicurezza in conformità alle norme EN 60601-1
- ricambi e componenti varie incluse
- sostituzione tubi RX, detettori e parti in vetro
- manutenzioni periodiche sulle parti in movimento
- gestione aggiornamenti e revisioni conseguenti eventuali avvisi di sicurezza sul Dispositivo Medico e Software Dispositivo Medico

Livelli di servizio

presenza di Centro per ricezione chiamate con numero verde o modalità analogo

Orari di lavoro

lun-gio 8.00-18.00

venerdì 8.00-17.00

festivi/prefestivi reperibilità telefonica

tempistiche

Tempi intervento: 1 ora lavorativa dalla chiamata (anche attraverso primo intervento non on-site)

Tempi di ripristino: 5 ore lavorative dalla chiamata

Giornate di fermo macchina totale: 4 giorni su base annua

Interventi periodici

manutenzioni preventive/programmate a cadenza quadrimestrale

Nr. 1 verifica di sicurezza elettrica