



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0133862  
DATA: 03/12/2019  
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di un sistema di abbattimento fumi per Chirurgia Laparoscopica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0133862_2019_Lettera_firmata.pdf	Giorgi Giuseppe	83533ACA5016B18ECE193A9F56D855942 E119C0C34296CD3F007DF7E36E97C07



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Ditte varie  
Loro sedi

**OGGETTO:** Indagine di mercato per la fornitura di un sistema di abbattimento fumi per Chirurgia Laparoscopica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza la fornitura indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche di minima:

**Caratteristiche del sistema:**

- Sistema di abbattimento del fumo e particolato chirurgico generato mediante l'utilizzo di generatori elettrochirurgici durante procedure di chirurgia laparoscopica
- Sistema di generazione della carica elettrostatica funzionante a rete elettrica e batteria
- Elettrodo di trasferimento della carica elettrostatica all'interno della cavità addominale in acciaio inox di grado medicale.
- Sistema mobile posizionabile su pensile chirurgico o su carrello la fornitura deve includere il carrello qualora sia richiesto)
- Sistemi di sicurezza con allarmi sonori e/o visivi

**Materiali di consumo:**

L'elettrodo deve poter essere posizionato nelle seguenti modalità:

- utilizzo di un trocar dedicato, in questo caso d'uso deve essere fornito l'elettrodo e il trocar dedicato
- utilizzo di un trocar che consente l'accesso di strumenti laparoscopici, in questo caso d'uso deve essere fornito l'elettrodo e il trocar con due canali di accesso dedicati alla strumentazione laparoscopica e all'elettrodo

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitan, tramite il Portale Intercent-ER ovvero all'indirizzo di posta elettronica [silvia.ragazzini@ausl.bo.it](mailto:silvia.ragazzini@ausl.bo.it) entro le ore 12 del giorno 20/12/2019.



Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:  
Giuseppe Giorgi