



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0036597
DATA: 02/04/2020
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A CATETERE EMOSTATICO BIPOLARE PER EMOSTASI COMBINATA, TERMICA-INIETTIVA NON VARICOSA PER UTILIZZO CANALI OPERATIVI ENDOSCOPICI per le esigenze dell'Azienda Usl di Bologna,

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0036597_2020_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	F116A8E88E6EA81362FF864B5764ACC3 C17DEEFEE112B38BDB08688066530FAC



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A CATETERE EMOSTATICO BIPOLARE PER EMOSTASI COMBINATA, TERMICA-INIETTIVA NON VARICOSA PER UTILIZZO CANALI OPERATIVI ENDOSCOPICI per le esigenze dell'Azienda Usl di Bologna,

Dovendo procedere a un'indagine conoscitiva di mercato relativa a **catetere emostatico bipolare per emostasi combinata, termica-iniettiva non varicosa per utilizzo canali operativi endoscopici** si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il dispositivo medico in oggetto, meglio descritto nel dettaglio come segue:

Descrizione dettagliata : *Corpo catetere resistente rivestito da materiale idrofilo, configurazione elettrodi a spirale, canale di irrigazione integrato, cursore ago robusto e scorrevole con escursione costante di 4/5 mm., dispositivo di spegnimento automatico nel caso di superamento limiti termici (100°C), spinotto standard per collegamento all'elettrobisturi in dotazione. Sterile, monouso.*

Misure : *catetere da 7 e 10 fr. lunghezza oltre i 200 cm, ago retrattile da 25 g*

In caso positivo, si prega di inviare la sola documentazione tecnica dei prodotti al Servizio Acquisti Metropolitan di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica **paolamaria.gritti@ausl.bologna.it** entro le ore 12:00 del giorno **17/04/2020**.

A disposizione per ogni ulteriore informazioni, si inviano cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Paola Maria Gritti