



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0068401

DATA: 06/07/2020

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura in noleggio triennale di Aspiratori ad Ultrasuoni da destinare all'UOC Neurochirurgia – Azienda Usl di Bologna
Valutazione documentazione

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0068401_2020_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	0E053E6112037E163FEF47C588CE4D2B C543309D48ED422A7ECB75B5706A4EC9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

SIAD HEALTHCARE spa
siadhealthcare@pec.it

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura in noleggio triennale di Aspiratori ad Ultrasuoni da destinare all'UOC Neurochirurgia – Azienda Usl di Bologna Valutazione documentazione

A seguito della manifestazione di interesse inviata in data 23.6.2020, con la presente spiace comunicare che il sistema offerto non può essere accolto per le seguenti motivazioni:

- non è dotato di una reale funzione di selettività tissutale in quanto la sua Dynamic Tissue Response dipende dall'ampiezza di oscillazione della punta (quindi equivale, in sostanza, a una riduzione di potenza) e non è regolabile su più step, ma è solo ON/OFF, non consentendo, quindi, più livelli di selettività tissutale che permettono di preservare meglio i tessuti delicati;
- non si trova evidenza della presenza dello scudo termico del manipolo;
- è privo di manipoli ad alta frequenza, ritenuti ottimali per un uso neurochirurgico.

Distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi