



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0114014
DATA: 10/11/2020
OGGETTO: Indagine di mercato SISTEMA ANALITICO PER LA TIPIZZAZIONE HLA E LO STUDIO DEGLI ANTICORPI ANTI-HLA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO E DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Testa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0114014_2020_Lettera_firmata.pdf:	Testa Anna Maria	F7A2E5502CF68B7F652CD81F04B68CA3 5BAA75C0B77F3B2898A94BD739F4D8E6
PG0114014_2020_Allegato1.xls:		861E2C4FC1E25FE5E827052F2AFD8C0E FD3270399B06F561C58F1745B08849E7



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI

OGGETTO: Indagine di mercato SISTEMA ANALITICO PER LA TIPIZZAZIONE HLA E LO STUDIO DEGLI ANTICORPI ANTI-HLA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO E DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE)

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Ditta se ha disponibile a listino il sistema in oggetto.

Qualora l'Operatore Economico fosse interessato alla fornitura e in grado di assolvere alle richieste sotto indicate, dovrà rispondere alla manifestazione di interesse, specificando i codici dei prodotti fornibili.

REQUISITI INDISPENSABILI vedere ALLEGATO A (allegato alla presente)

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il sistema sopra descritto dovrà inviare la documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica silvia.mingardi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 12 del giorno **24/11/2020**.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

per la D.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Anna Maria Testa

Responsabile procedimento:
Anna Maria Testa

FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA TIPIZZAZIONE HLA E LO STUDIO DEGLI ANTICORPI ANTI-HLA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO E DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE)

ALLEGATO A - Requisiti Indispensabili

RIF.	REQUISITO	SI	NO	SPECIFICARE
A.1	Fornitura in service di un sistema analitico completo di strumentazione, reagenti/consumabili, assistenza tecnica full risk per la tipizzazione HLA e lo studio degli Anticorpi ANTI_HLA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A.2	Sistema analitico costituito da analizzatore con tecnologia Luminex	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A.3	Rapidità di esecuzione per indagini urgenti. Il sistema offerto non deve prevedere fasi di centrifugazione e lavaggi nella fase di post amplificazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A.4	Strumentazione e kit diagnostici/reagenti dotati di marchio CE IVD secondo la Direttiva 98/79 CE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A.5	Interfacciamento bidirezionale con il LIS del laboratorio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A.6	Fornitura dei kit diagnostici/reagenti accessori/consumabili per la tipizzazione ad alta definizione di : HLA-A,B,C,DRB1 mediante tecnologia SSO che utilizzi biglie come mezzo di supporto degli oligonucleotidi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A.7	Fornitura dei reattivi necessari per la ricerca e identificazione degli anticorpi anti-HLA sia per gli isotipi IgG che IgM, citotossici e non, mediante tecnologia che utilizzi biglie come mezzo di supporto degli antigeni HLA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	