



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0115790  
DATA: 13/11/2020  
OGGETTO: Indagine di mercato relativa a Suturatrice meccanica endoscopica motorizzata azionata tramite batteria monouso e Ricarica vascolare per suturatrice endoscopica motorizzata.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Testa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0115790_2020_Lettera_firmata.pdf	Testa Anna Maria	7F9FBBEC1CFE871502BBD0B3B6179D56 B18893844E9753020A0231CBC5C320C8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI  
LORO SEDI

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a Suturatrice meccanica endoscopica motorizzata azionata tramite batteria monouso e Ricarica vascolare per suturatrice endoscopica motorizzata.

Questa azienda sta procedendo ad una indagine conoscitiva di mercato rivolta a potenziali rivenditori di **Suturatrice meccanica endoscopica motorizzata azionata tramite batteria monouso e Ricarica vascolare per suturatrice endoscopica motorizzata** per le esigenze delle Azienda UsI di Bologna e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

**Suturatrice meccanica endoscopica motorizzata azionata tramite batteria monouso.**

Suturatrice meccanica endoscopica motorizzata azionata tramite batteria monouso, utilizzabile sia in interventi di chirurgia mini-invasiva che a cielo aperto.

Stelo diametro 9mm rotante ed articolabile a 50° con incudine sempre di 9mm a punta smussa atraumatica , linea di sutura lunga circa 35mm con quattro file di punti sfalsate.

Lunghezza dello stelo di circa 32 cm

Incudine arcuata per minimizzare i traumi derivanti dallo scivolamento e schiacciamento del vaso e dei tessuti.

Confezione monouso sterile

**Ricarica vascolare per suturatrice endoscopica motorizzata**

Ricariche per tessuti vascolari da 35mm con 4 linee di punti sfalsati in lega di titanio con altezza del punto chiuso di 1mm da utilizzarsi con la suturatrice di cui alla descrizione precedente.

Confezione monouso sterile



Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare **la sola documentazione tecnica** allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano, **servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it** e all'indirizzo di posta elettronica certificata: **paolamaria.gritti@ausl.bologna.it**, entro e non oltre le ore 12 del giorno **20/11/2020**.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Anna Maria Testa

Responsabile procedimento:  
Paola Maria Gritti

