



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0089701
DATA: 13/09/2021
OGGETTO: Indagine di mercato SISTEMA COMPLETO PER L'ANALISI AUTOMATICA
CHIMICA FUNZIONALE MORFOLOGICA DEL LIQUIDO SEMINALE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Testa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0089701_2021_Lettera_firmata.pdf:	Testa Anna Maria	0A312681772059FEF6F11D26EFD9A41C1 C72C6DDD031C6C6CA09616E3F5ADBE4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori economici
Loro sedi

OGGETTO: Indagine di mercato SISTEMA COMPLETO PER L'ANALISI AUTOMATICA CHIMICA FUNZIONALE MORFOLOGICA DEL LIQUIDO SEMINALE.

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Ditta se ha disponibile a listino il sistema analitico in oggetto.

Qualora l'Operatore Economico fosse interessato alla fornitura e in grado di assolvere alle richieste sotto indicate, dovrà rispondere alla manifestazione di interesse, specificando i codici dei prodotti (strumentazione, analiti, reagenti, ecc.) fornibili.

Caratteristiche del sistema:

- in grado effettuare l'analisi con un campione da 10 µL con tempo di analisi per campo di 1/2 sec
- strumento altamente flessibile grazie ai protocolli di lettura aperti che permettono di analizzare concentrazione, motilità e vitalità (setup in fluorescenza) anche in campioni particolarmente "sporchi" o di altre specie
- dotato di piatto termostato a 37°C
- dotato di un programma di analisi morfologica spermatozoaria secondo STRICT criteria

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il sistema sopra descritto dovrà inviare la documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica silvia.mingardi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 12 del giorno **28/09/2021**.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

per la D.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Anna Maria Testa

Responsabile procedimento:
Silvia Mingardi