



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0125373

DATA: 14/12/2021

OGGETTO: Indagine di mercato “Sistema completo e relativo materiale di consumo dedicato per rilevamento del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie e su campioni salivari da installare presso il Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell'Ausl di Bologna”

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Testa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

| File                                | Firmato digitalmente da | Hash   |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0125373_2021_Lettera_firmata.pdf: | Testa Anna Maria        | FDC5B86C84ACD09260F8BAE1B5284591<br>404F1BA281DA4B8C8D99D96FD9DA5D3B |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Aministrativo  
Uoc Servizio Acquisti Metropolitano  
Il Direttore

Settore Beni Sanitari

Cepheid s.r.l.  
cepheiditalia@legalmail.it

**OGGETTO:** Indagine di mercato “Sistema completo e relativo materiale di consumo dedicato per rilevamento del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie e su campioni salivari da installare presso il Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell'Ausl di Bologna”

A seguito dell'indagine di mercato inviata in data 03/11/2021 prot. 109909, con la presente, visti i pareri tecnici, spiace comunicare che il sistema proposto non puo' essere accolto per la seguente motivazione:

Cepheid - 1 GeneXpert Dx Infinity 80-s e 1 sistema GeneXpert Dx System a 16 moduli; sistema non conforme in quanto l'operatore deve caricare il campione nella cartuccia e quindi non è garantita la caratteristica di massima automazione; inoltre non è certa la garanzia di consegna (“La consegna degli strumenti avverrà concordata con il cliente”). **Non conforme.**

Si ringrazia per la partecipazione, distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Anna Maria Testa  
(Per la Dott.ssa Rosanna Campa)

Responsabile procedimento:  
Silvia Mingardi

**Silvia Mingardi**  
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)  
051 6079940  
silvia.mingardi@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202