



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0125379
DATA: 14/12/2021
OGGETTO: Indagine di mercato "Sistema completo e relativo materiale di consumo dedicato per rilevamento del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie e su campioni salivari da installare presso il Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell'Ausl di Bologna"

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Testa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0125379_2021_Lettera_firmata.pdf:	Testa Anna Maria	AC19E1622916B47BB0447C7CB09917FF5 DB613538406720D4B918151C2C4C894



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Uoc Servizio Acquisti Metropolitan
Il Direttore

Settore Beni Sanitari

ABBOTT S.R.L.
ufficiogare.abbott@pec.it.abbott.com

OGGETTO: Indagine di mercato “Sistema completo e relativo materiale di consumo dedicato per rilevamento del RNA del Virus SARS – Cov-2 con tecnica RT-PCR su campioni respiratori delle alte e basse vie e su campioni salivari da installare presso il Laboratorio Unico Metropolitan (LUM) dell’Ausl di Bologna”

A seguito della indagine di mercato inviata in data 03/11/2021 prot. 109909, con la presente, visti i pareri tecnici, spiace comunicare che il sistema proposto non può essere accolto per la seguente motivazione:

ABBOTT sistema Alinity M. Nonostante il sistema presenti performance adeguate, per garantire la produttività richiesta vengono proposti n.4 Alinity M con un ingombro (oltre 10 mq) non compatibile con gli spazi disponibili; di conseguenza non è risulta adeguato rispetto alla caratteristica richiesta di minimo ingombro. **Non Conforme**

Si ringrazia per la partecipazione, distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Anna Maria Testa
(Per la Dott.ssa Rosanna Campa)

Responsabile procedimento:
Silvia Mingardi

Silvia Mingardi
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051 6079940
silvia.mingardi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202