



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0112530

DATA: 09/11/2021

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER ASSISTENZA VENTRICOLARE PERCUTANEA PER LE ESIGENZE DELLA CARDIOLOGIA DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0112530_2021_Lettera_firmata.pdf:	Campa Rosanna	E32D1A8C9F6A0EEE91EB39A93D944CA E8991E151489850B323AF3EB5DA66D09E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
IL DIRETTORE

DITTE VARIE
dittevarie@ausl.bo.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER ASSISTENZA VENTRICOLARE PERCUTANEA PER LE ESIGENZE DELLA CARDIOLOGIA DELL' AZIENDA USL DI BOLOGNA

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza un sistema per assistenza ventricolare percutanea con le seguenti caratteristiche:

DESTINAZIONE D'USO: Sistema di assistenza ventricolare percutanea

- Sistema carrellato dotato di pompa coassiale in grado di fornire una portata cardiaca fino a 4 L/min), dotato di controller automatico per la gestione del flusso. Il sistema deve offrire un livello di automazione elevato garantendo un supporto emodinamico personalizzato.
- Pompa microassiale monocatetere endoventricolare senza ossigenatore
- Possibilità di utilizzo da parte di personale esperto, ma senza richiedere la presenza di un tecnico perfusionista
- Cateteri:

Catetere da 9Fr, pompa micro-assiale da 12Fr

- flusso fino a 2.5 L/min
- Inserzione percutanea attraverso l'arteria femorale

Catetere da 9Fr, pompa micro-assiale da 14Fr

- Flusso fino a 4 L/min
 - Inserzione percutanea attraverso l'arteria femorale
-
- Sistema e cateteri certificati ai sensi della Direttiva Dispositivi Medici

La fornitura dovrà includere

1. Noleggio gratuito del sistema di assistenza ventricolare
2. Noleggio comprensivo di assistenza tecnica di tipo Full Risk

Angela Bellanova

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
051/6079696
angela.bellanova@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



3. Fornitura dei cateteri comprensiva di tutto il materiale necessario per l'inserzione nel vaso e il supporto.
4. Fornire gratuitamente la formazione necessaria per il corretto uso del dispositivo.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la documentazione tecnica del sistema proposto allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all'indirizzo di posta elettronica: angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 24.11.2021

Distinti Saluti

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi