



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0126570

DATA: 16/12/2021

OGGETTO: Indagine di mercato Service noleggio e materiale di consumo ANALIZZATORE
PER BANCA DELLE CORNEE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Testa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0126570_2021_Lettera_firmata.pdf:	Testa Anna Maria	E44A2CECB6BB4091F6F8922181CBEFC1 7D33880086BC65AC89F09A51913834E0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Aministrativo
Uoc Servizio Acquisti Metropolitano
Il Direttore

Settore Beni Sanitari

**OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI**

OGGETTO: Indagine di mercato Service noleggio e materiale di consumo ANALIZZATORE PER BANCA DELLE CORNEE

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Ditta se ha disponibile a listino il sistema analitico in oggetto.

Qualora l'Operatore Economico fosse interessato alla fornitura e in grado di assolvere alle richieste sotto indicate, dovrà rispondere alla manifestazione di interesse, specificando i codici dei prodotti (strumentazione, analiti, reagenti, ecc.) fornibili.


Caratteristiche del sistema:

- *Analizzatore semi-automatico per la coltura di microrganismi presenti in campioni biologici liquidi (anche sterili) per esecuzione di controlli microbiologici .*
- *Inoculo diretto del campione nei terreni di coltura dedicati .*
- *Visualizzazione in real time delle curve di crescita e conta in CFU/ml .*
- *Possibilità di importazione diretta dei risultati.*
- *Sistema marcato CE-IVD per la destinazione d'uso di controllo microbiologico per la rilevazione rapida di batteri aerobi, anaerobi e miceti eventualmente presenti in prodotti lavorati o preparati con procedure aseetiche (liquido di conservazione delle cornee umane)*

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il sistema sopra descritto dovrà inviare la documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all'indirizzo di posta elettronica silvia.mingardi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 12 del giorno **03/01/2022**.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:



Anna Maria Testa
(Per la Dott.ssa Rosanna Campa)

Responsabile procedimento:
Anna Maria Testa

Patrizia Raspa
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
0516079909
patrizia.raspa@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202