



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0128028
DATA: 20/12/2021
OGGETTO: Indagine di Mercato relativa al Servizio di Assistenza Tecnica sulle Autoclavi di Produzione Cisa SPA per le Aziende USL di Bologna e di Imola

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0128028_2021_Lettera_firmata.pdf	Campa Rosanna	AB47D5D86F597F69533D5A92B113CFEF CA8ACFD45DED1BCBD2831A0BAE280864



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Operatori Economici Loro Sedi
Loro Sedi
Loro (Sedi)

OGGETTO: Indagine di Mercato relativa al Servizio di Assistenza Tecnica sulle Autoclavi di Produzione Cisa SPA per le Aziende USL di Bologna e di Imola

Con la presente si intende espletare un' indagine di mercato aventi ad oggetto la fornitura di Servizi di manutenzione e assistenza, sulle attrezzature sottoriportate, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016

INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SULLE AUTOCLAVI DI PRODUZIONE CISA SPA PER LE AZIENDE USL DI BOLOGNA E DI IMOLA

Fabbisogno:

Servizio pluriennale di manutenzione di tipo Full Risk "tutto compreso" che include mano d'opera, manutenzione preventiva, fornitura di tutti i pezzi di ricambio (comprese pompe vuoto acqua zero), attività di supporto a verifiche periodiche INAIL. Il servizio dovrà essere garantito per tutte le tipologie di tecnologie sotto indicate senza alcuna esclusione.

Produttore/Fabbricante:

CISA SPA

Tipologia apparecchiature:

Sterilizzatrici superiori ad 1 US mod

- 3270 H 2P E TS SO
- 6464 H 2P E TS SV
- 6464 H 2P E TS SV
- 6464 H 1P EV TS SV
- 3670 H 1P E TS SO
- 3670 H 2P E TS SO,
- 3270 HB 1P E TS SV
- 6410 H 1P E TS SV
- 6412 H 2P EV TS SV
- 3290 H 1P E TS SO

Dario Bani

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079762
dario.bani@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Requisiti minimi richiesti:

- personale adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza coerenti con la direttiva Dispositivi Medici (CE 93/42 - RUE 2017 /745) per lo specifico apparecchio;
- disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l'art 23 del Regolamento DM 2017/745:

possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante/produttore

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e' pubblicata l' Indagine di Mercato, ovvero all' indirizzo e-mail dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno **11.01.2022**

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Dario Bani