



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0067061
DATA: 06/06/2022
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN LASER PER L'ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI E RELATIVI CATETERI LASER DA DESTINARE ALLA U.O. CARDIOLOGIA DELL'IRCCS DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:


- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0067061_2022_Lettera_firmata.pdf	Campa Rosanna	9C67EB1DD6D415D5CF511F5058B8E439 76A8417751B47619CF544F743A709127



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Il Direttore

Settore Investimenti, Beni e Serv. Informatici,
Serv. Appaltati e Beni Economali

DITTE VARIE
dittevarie@ausl.bo.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN LASER PER L'ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI E RELATIVI CATETERI LASER DA DESTINARE ALLA U.O. CARDIOLOGIA DELL'IRCCS DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza i prodotti in oggetto con le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche tecniche di minima Laser:

Sistema **laser ad eccimeri** per l'estrazione di elettrocateri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore

Caratteristiche tecniche di minima Cateteri Laser:

Introduttori da 12, 14 e 16 FR impiegati per la rimozione di elettrocateri di stimolazione o defibrillazione impiantati in cronico dedicati al sistema laser ad eccimeri.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare *la sola documentazione tecnica* allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it o alla mail: angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 23/06/2022.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti



Angela Bellanova
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079696
angela.bellanova@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi



Angela Bellanova
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079696
angela.bellanova@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202