



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0071129

DATA: 16/06/2022

OGGETTO: Indagine di Mercato relativa al Servizio di Assistenza Tecnica su Sistema ad Ultrasuoni focalizzati ad Alta intensita' sotto guida RM (Fus-Modello Exablate 2100) prodotto da Insightec LTD per Istituto Ortoedico Rizzoli

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0071129_2022_Lettera_firmata.pdf:	Campa Rosanna	F7931E6205CD758AD3BA4598B4B8F4EB 167FD0FA6D1221FAB7051B94D6C9CB88



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

Operatori Economici vari
Loro Sedi

OGGETTO: Indagine di Mercato relativa al Servizio di Assistenza Tecnica su Sistema ad Ultrasuoni focalizzati ad Alta intensita' sotto guida RM (Fus-Modello Exablate 2100) prodotto da Insightec LTD per Istituto Ortoedico Rizzoli

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto il servizio di Assistenza Tecnica su **Sistema ad Ultrasuoni focalizzati ad Alta intensita' sotto guida RM (Fus-Modello Exablate 2100) prodotto da Insightec LTD** secondo le tipologie contrattuali sotto riportate, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016:

FABBISOGNO/SERVIZI RICHIESTI:

Con la presente si intende espletare un servizio di assistenza tecnica su **SISTEMA AD ULTRASUONI FOCALIZZATI AD ALTA INTENSITA' SOTTO GUIDA RM (FUS-MODELLO EXABLATE 2100) PRODOTTO DA INSIGHTEC LTD** secondo la tipologia contrattuali di seguito specificate.

Tipologia di Contratto	Descrizione
FULL RISK	Contratto "tutto compreso": illimitati interventi di manutenzione correttiva inclusa mano d'opera, spese viaggio, spedizioni, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso. n. 1 visita /anno di manutenzione preventiva (materiale di ricambio/consumo inclusi) n.1 verifica di sicurezza elettrica /anno

PRODUTTORE/FABBRICANTE: INSIGHTEC LTD

CLASSE/MODELLO:

sistema per IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTIDISTRETTUALE (FUS)/modello EXABLATE 2100

REQUISITI MINIMI CONTRATTO DI TIPO FULL RISK:

Giuseppe Giorgi

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
0516079636
giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



- Interventi illimitati di manutenzione correttiva
- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza coerenti con la direttiva Dispositivi Medici (CE 93/42 - RUE 2017/745) **per lo specifico modello (allegare copia delle iniziative formative o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato)**
- Esecuzione di N.2 manutenzioni preventive periodiche all'anno (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante, che includa almeno:
 - Controllo di tutte le misurazioni di manutenzione richieste
 - Calibrazione di quanto sopra secondo le specifiche della Casa Costruttrice
 - Monitoraggio dello stato delle apparecchiature
 - Sostituzione periodica di materiali usurati secondo check list di manutenzione
 - Lubrificazione e pulizia di parti meccaniche
 - Pulizia di filtri, ventole, ecc.
 - Verifica parametri di funzionamento dei sottogruppi
 - Pianificazione di interventi, al di fuori dell'orario di attività clinica, necessari a rimuovere eventuali possibili cause di guasti improvvisi
- Esecuzione N.1 verifica di sicurezza elettrica all'anno
- Esecuzione controlli di qualità standard
- Orari del servizio: **lun-ven indicativamente 8.00-18.00**
- Tempi di intervento : **entro 8 ore lavorative dalla chiamata**
- Tempi di risoluzione **entro 5 giorni lavorativi dalla chiamata**

NB: Allegare le documentazioni richieste per attestazione del possesso dei requisiti

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e' pubblicata l' Indagine di Mercato, ovvero all' indirizzo e-mail dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: **12.00 del giorno 04.07.2022**

Giuseppe Giorgi

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
0516079636
giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi

Giuseppe Giorgi
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
0516079636
giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202