



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0076529

DATA: 30/06/2022

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI PER LA VALUTAZIONE DELL'EMOSTASI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE AL POLO CTV DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0076529_2022_Lettera_firmata.pdf:	Campa Rosanna	3209ECDD3F2BF54FAB0E19D84EBA6CF 9A27EA3546DC472B92FAC7F3AA95FEC3D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI PER LA VALUTAZIONE
DELL'EMOSTASI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE AL POLO
CTV DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA**

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche indispensabili:

- Possibilità di ottenere risultati rapidi, accurati e riproducibili per decisioni critiche sulla gestione del paziente in sala operatoria di cardiochirurgia ed emodinamica, indipendentemente dal tipo di campione o dall'impostazione clinica
- Capacità di capire il tipo di scoagulazione per poter dosare in modo mirato la somministrazione di eparina nei pazienti con ECMO
- Standardizzazione dei test per l'emostasi su sangue intero per una migliore gestione del paziente acuto

Caratteristiche richieste

- Necessità di esecuzione di test, con il medesimo sistema, di:
- ACT su sangue intero
- APTT e PT su sangue intero e su sangue citrato
- Sistema microgoccia;
- Sistema dotato di test di controllo di qualità ematico/liquido ed elettronico;
- Memorizzazione dei dati paziente e dei controlli di qualità;
- Misurazione diretta del coagulo di fibrina;
- Presenza di un lettore di codice a barre;
- Programmazione dell'esecuzione automatica dei controlli di qualità elettronici;
- Sistema per la tracciabilità dell'operatore, del paziente e dei controlli di qualità;
- Possibilità di trasmissione dati mediante porta dedicata;
- Stabilità dei reattivi e delle cartucce di almeno due mesi a temperatura ambiente (a confezione chiusa);

Angela Melucci

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
051/6079690
angela.melucci@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



- Possibilità di eseguire il test ACT per alti dosaggi di eparina in tempi brevi (indicativamente in 350 s);
- Ingombri ridotti.

Schede tecniche

Si richiede la documentazione (schede tecniche, manuali, ecc.) per la verifica della rispondenza alle specifiche tecniche e funzionali richieste.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica, alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all'indirizzo di posta elettronica angela.melucci@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 15.7.2022.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi