



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0084117
DATA: 01/08/2023
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A MATERIALE CONSUMO PER SISTEMI PER TRATTAMENTI ECMO (EXTRACORPORAL MEMBRANE OXYGENATION).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0084117_2023_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	CA6A3F59657079398FE59B18ED67BE4F0 5B6BE6DD9241813918CA3758AE202B8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo
UOC Servizio Acquisti di Area Vasta
Il Direttore

Settore Beni Sanitari

Spett.li
Operatori Economici
Loro Sede

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A MATERIALE CONSUMO PER SISTEMI PER TRATTAMENTI ECMO (EXTRACORPORAL MEMBRANE OXYGENATION).

Con riferimento alla necessità di effettuare una indagine di mercato relativa al Materiale di consumo per sistemi per trattamento ECMO con apparecchiatura CARDIOHELP System, necessario alle esigenze dell' Ausl di Bologna, si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza i dispositivi seguito elencati:

1. cannule HLS arteriose per incannulazione vasi periferici idonei (ad. es. arteria femorale, arteria succlavia o arteria carotidea) per circolazione extracorporea con rivestimento ad elevata biocompatibilità, diametri da 13 a 23Fr, lunghezze 15 e 23 cm;
2. cannule HLS arteriose per incannulazione vasi periferici (ad. es. arteria femorale, arteria succlavia o arteria carotidea) per circolazione extracorporea, diametri da 13 a 23Fr, lunghezze 15 e 23 cm;
3. cannula venosa HLS per circolazione extracorporea per l'incannulazione dei vasi periferici idonei (ad. es. vena femorale, vena giugulare e vena succlavia) con rivestimento ad elevata biocompatibilità, diametri da 19 a 29Fr, lunghezze 38 e 55 cm;
4. cannula venosa HLS per circolazione extracorporea per l'incannulazione dei vasi periferici idonei (ad. es. vena femorale, vena giugulare e vena succlavia), diametri da 19 a 29Fr, lunghezze 38 e 55 cm;
5. kit completo per assistenza cardiocircolatoria e polmonare per procedure ecmo - HLS con rivestimento ad elevata biocompatibilità, compreso di Pompa centrifuga con ossigenatore e scambiatore di calore integrato;
6. kit completo per assistenza cardiocircolatoria e polmonare per procedure ecmo - HLS con rivestimento ad elevata biocompatibilità, compreso di Pompa centrifuga con ossigenatore e scambiatore di calore integrato con rivestimento ad elevata biocompatibilità;
7. kit introduttore percutaneo arterioso;

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Pia Monica Stea

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051/6079905
piamonica.stea@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare **la sola documentazione tecnica** allo scrivente Servizio Acquisti all'indirizzo di posta elettronica: **piamonica.stea@ausl.bologna.it**, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/08/2023.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Pia Monica Stea

Pia Monica Stea

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051/6079905
piamonica.stea@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202