



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0043638
DATA: 09/04/2024
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di apparecchiatura per la reinfusione di plasma autologo depurato al paziente ricoverato in area critica, occorrente all'IRCCS Azienda Usl di Bologna.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0043638_2024_Lettera_firmata.pdf: | Crugliano Antonia | C7F4401A48A553049422E650A83C948B3 CF1A296646C4FEF362A8F7C104D816C |
| PG0043638_2024_Allegato1.pdf: | | 54A3C7F028719B77124A87FF2EA738FB1 5533BEF994ADADFC0C0FBA6D41F013B |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

Operatori economici
Loro sedi, ,

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di apparecchiatura per la reinfusione di plasma autologo depurato al paziente ricoverato in area critica, occorrente all'IRCCS Azienda UsI di Bologna.

Con riguardo alla necessità di procedere ad una successiva gara pubblica, si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura indicata in oggetto e che dovrà avere le caratteristiche indispensabili indicate nell'Allegato A "questionario tecnico".

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il bene sopra descritto si chiede cortesemente di inviare la sola documentazione tecnica, unitamente all'Allegato A "questionario tecnico" debitamente compilato alla scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all'indirizzo di posta elettronica: daniela.cavedoni@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 24.4.2024.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Allegato n.1

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Antonia Crugliano



| fabbricante | | | |
|-------------|---|----|----|
| modello | | SI | NO |
| 1 | Sistema in grado di garantire la reinfusione di plasma autologo depurato al paziente ricoverato in area critica | | |
| 2 | Esecuzione, oltre al trattamento DFPP (plasmaferesi a doppia filtrazione), di Filtrazione a Cascata ed Emoperfusione | | |
| 3 | Presenza di ampia gamma di Filtri Frazionatori per una rimozione semi-selettiva e quindi adattabile a diverse patologie da trattare | | |
| 4 | Gestione automatica del lavaggio e rigenerazione della colonna del filtro frazionatore (automatismo utile per facilitare le procedure in aree critiche) | | |