



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0115157

DATA: 01/10/2024

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di servizi di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione FUJIFILM / FUJIFILM SONOSITE - AVEC.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0115157_2024_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	6050FA4FC9B81237B91519A4890DF1E26 616EFB4D3DEEA469BDEE7816D2F1073
PG0115157_2024_Allegato1.pdf:		11AF5A60E272D024D72E198C1FEA55B4 81ACCE3F198C726AF14DBE68C4286BC6
PG0115157_2024_Allegato2.pdf:		848F4E3F7AD7794CBE01DB93D21B9A09 41218F3392A1860072D5069B69358525



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta  
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

Operatori economici  
Loro sedi, ,

**OGGETTO:** Indagine di mercato per la fornitura di servizi di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione FUJIFILM / FUJIFILM SONOSITE - AVEC.

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto la fornitura di servizi di manutenzione, come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

**Fabbisogno:**

La presente indagine di mercato ha come oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, di durata pluriennale, su apparecchiature prodotte da FUJIFILM / FUJIFILM SONOSITE secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate per le esigenze delle Aziende Avec.

**Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, per tutte le tipologie di tecnologie incluse nell'Allegato 1 - ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx, senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di tecnologie dello stesso fabbricante oppure potranno essere modificate le condizioni di fornitura qualora si renda necessario.**

**Produttore/Fabbricante:**

- FUJIFILM / FUJIFILM SONOSITE

**Tipologia apparecchiature:**

- PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO
- LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL
- MAMMOGRAFO
- WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- TAVOLO TELECOMANDATO

**Cataldo Valentini**


Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

**Azienda USL di Bologna**

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923

Codice fiscale e partita Iva 02406911202



- ECOTOMOGRAFO PORTATILE
- SONDA ECOGRAFICA
- SONDA TRANSESOFAGEA

#### **Tipologie contrattuali incluse nella fornitura**

<b>Tipologia di Contratto</b>	<b>Descrizione</b>
FULL RISK (FRI)	Contratto "tutto compreso": include mano d'opera, manutenzione preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso. A discrezione dell'Azienda Committente potrà essere svolto un intervento di primo livello effettuato con tecnici "interni" all'Azienda stessa.
FORNITURA RICAMBI (RIC)	Contratto di fornitura di manodopera per attività di manutenzione correttiva o preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso.

#### **Requisiti minimi richiesti:**

##### **CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI TIPO FULL RISK (FRI)**

Il contratto di manutenzione di tipo full risk deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda "ELENCO APPARECCHIATURE FRI" del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx" ed i relativi accessori tutti i guasti.

#### Requisiti minimi richiesti:

- Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
- Personale tecnico specializzato e/o certificato
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Disponibilità di materiale di consumo o usurabile dedicato, originale o compatibile funzionalmente equivalenti
- Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante
- Possibilità di primo intervento eseguito da personale "interno" alle Aziende
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica: entro **24** ore lavorative dalla richiesta di intervento
- Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica: entro **40** ore lavorative dalla richiesta di intervento

##### **FORNITURA RICAMBI (RIC)**

**Cataldo Valentini**

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

**Azienda USL di Bologna**

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923

Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Il contratto di fornitura ricambi deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature indicate nella scheda "ELENCO APPARECCHIATURE RIC" del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx" la fornitura di:

- Parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Dispositivi medici pluriuso necessari al funzionamento del sistema
- Attività di assistenza tecnica correttiva o preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) su chiamata

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato e/o certificato
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- tempi di formulazione dei preventivi di spesa entro **16** ore lavorative dalla richiesta
- tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro **24** ore lavorative dall'approvazione dell'intervento/preventivo di spesa da parte del Servizio di Ingegneria Clinica o dalla data dell'ordine
- tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro **40** ore lavorative dall'approvazione dell'intervento/preventivo di spesa da parte del Servizio di Ingegneria Clinica o dalla data dell'ordine

### **Aziende interessate**

Aziende AVEC

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto con riferimento a quanto meglio dettagliato nell'ALLEGATO 1.

A titolo di esempio non esaustivo si considerino:

- Una relazione sull'Azienda (organizzazione, struttura, etc.);
- Certificazioni ed abilitazioni relative all'esecuzione del servizio richiesto per la tipologia di apparecchiature indicate in Allegato.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura del servizio sopra descritto dovrà inviare istanza allo scrivente Servizio Acquisti di Area Vasta, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:

**Cataldo Valentini**

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

**Azienda USL di Bologna**

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923

Codice fiscale e partita Iva 02406911202



**servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it** e all'indirizzo: cataldo.valentini@ausl.bologna.it entro le ore: 12.00 del giorno 22.10.2024.

Dal momento che la ricezione di allegati eccessivamente pesanti può risultare difficoltosa attraverso la PEC AUSLBO, è vivamente consigliato agli OOEE di manifestare il proprio interesse utilizzando anche le apposite funzioni messe a disposizione dal Portale IntercentER che, al contrario, ha una capacità di ricezione fino a 100 Mb;

il S.A.A.V. dell'Azienda USL di Bologna si solleva da ogni responsabilità per mancata ricezione della documentazione laddove sia dimostrato che gli OOEE non abbiano utilizzato anche la piattaforma Sater sul portale IntercentER.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:  
Cataldo Valentini

## APPARECCHIATURE FRI

Tipologia	Modello	
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	FDR GO PLUS	
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	FDR GO	
LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL	FDR D-EVO II C35	
MAMMOGRAFO	AMULET INNOVALITY (FDR MS-3500)	
WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	AMULET AQUISITION WORKSTATION	
TAVOLO TELECOMANDATO	FDX VISIONARY-RF PREMIUM	DELLA APELEM GROUP DMS

## APPARECCHIATURE RIC

Tipologia	Modello
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	SII
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	TITAN
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	M-TURBO
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	EDGE II
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	SONOSITE SII ULTRASOUND SYSTEM
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	NANOMAXX
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	X-PORTE
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	180 PLUS
ECOTOMOGRAFO PORTATILE	MICROMAXX
SONDA ECOGRAFICA	C11X
SONDA ECOGRAFICA	P10X
SONDA ECOGRAFICA	HFL38X
SONDA ECOGRAFICA	L25X
SONDA ECOGRAFICA	HSL25X
SONDA ECOGRAFICA	HFL38XI
SONDA ECOGRAFICA	RC60XI
SONDA ECOGRAFICA	RP19X
SONDA ECOGRAFICA	C60X
SONDA ECOGRAFICA	HFL38
SONDA ECOGRAFICA	P21X
SONDA ECOGRAFICA	L38XI
SONDA ECOGRAFICA	C60 5-2
SONDA ECOGRAFICA	L38
SONDA ECOGRAFICA	C60XP
SONDA ECOGRAFICA	HFL38XP
SONDA ECOGRAFICA	HFL50
SONDA ECOGRAFICA	C60N
SONDA ECOGRAFICA	L38N
SONDA TRANSESOFAGEA	TEEXP