



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0108951

DATA: 17/09/2024

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI ISTEROSCOPICI
PER RIMOZIONE DI MIOMI E POLIPI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LE
ESIGENZE DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0108951_2024_Lettera_firmata.pdf: | Crugliano Antonia | 4AEA370821210E5E39CA5072F76B3E043 DDDE5DA318CCD774A7C23C66DEB39A7 |
| PG0108951_2024_Allegato1.pdf: | | 0608A934383C151F89782A085021A7FE5 BCEE22FF2306E9305442D7DCF8DF439 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

**OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI**

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI ISTEROSCOPICI PER
RIMOZIONE DI MIOMI E POLIPI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LE ESIGENZE DELL'
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.**

Con riferimento alla necessità di procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura indicata in oggetto che dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche indispensabili:

- Sistema di rimozione tissutale endouterina costituito da:
- Unità di controllo;
- Pedale di comando;
- Isteroscopi;
- Dispositivi monouso per la rimozione dei tessuti, con confezionamento sterile.
- Principali destinazioni d'uso del sistema: comuni polipi, miomi di piccole dimensioni e nella tecnica di riduzione endometriale mediante shaving in campo oncologico.
- Sistema con variazione e customizzazione da parte dell'operatore del settaggio della finestra attiva, intra o extracorporeo.
- Pedaliera con tasti dedicati per la selezione/modifica della modalità di taglio (oscillate – reciprocante).
- Lame specifiche per tessuti molli (a punta smussa) e per tessuti densi.
- Regime di rotazione e reciprocazione delle lame, da utilizzare in base alla patologia.
- Possibilità di aumentare/diminuire la velocità di movimentazione delle lame: range di regolazione velocità per movimento oscillante indicativamente 800-1500rpm e range di regolazione velocità per movimento reciprocante indicativamente 1100-2500 rpm.
- Isteroscopio per visionare la cavità uterina con lente cilindrica o fibra ottica e punta da 0°.
- Diametro camicie operative nel range 5,5 – 6,2 mm.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Angela Melucci

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051/6079690
angela.melucci@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le ditte interessate dovranno allegare la sola documentazione tecnica del sistema proposto le cui caratteristiche siano idonee a soddisfare quanto richiesto e compilare il questionario tecnico ALLEGATO A1.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura sopra descritta dovrà inviare istanza, al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove è pubblicata l'Indagine di Mercato, ovvero allo scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all'indirizzo di posta elettronica angela.melucci@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 3.10.2024

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Antonia Crugliano

Angela Melucci
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051/6079690
angela.melucci@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI RIMOZIONE MIOMI E POLIPI DI PICCOLE DIMENSIONI

| | | | | |
|----------|--|--|----------|---|
| 1 | DATI FORNITORE | | | |
| 1.1 | Produttore (Indicare) | | | |
| 1.2 | Fornitore (Indicare) | | | |
| 1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare) | | | |
| 1.4 | CND (Indicare) | | | |
| 1.5 | Numeri identificativi di registrazione al Repertorio RDM (Indicare) | | | |
| 2 | MANUALE D'USO | | Versione | |
| | | | | |
| 3 | CARATTERISTICHE TECNICHE | | SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura) |
| 3.1 | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di rimozione tessutale endouterina costituito da: <ul style="list-style-type: none"> o Unità di controllo; o Pedaliera; o Isteroscopi; o Dispositivi monouso per la rimozione dei tessuti, con confezionamento sterile. | | | |
| 3.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Principali destinazioni d'uso del sistema: comuni polipi, miomi di piccole dimensioni e nella tecnica di riduzione endometriale mediante shaving in campo oncologico. | | | |
| 3.3 | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema con variazione e customizzazione da parte dell'operatore del settaggio della finestra attiva, intra o extracorporea. | | | |
| 3.4 | <ul style="list-style-type: none"> • Pedaliera con tasti dedicati per la selezione/modifica della modalità di taglio (oscillante - reciproca). | | | |
| 3.5 | <ul style="list-style-type: none"> • lame specifiche per tessuti molli (a punta smussa) e per tessuti densi. | | | |