



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0028374  
DATA: 06/03/2024  
OGGETTO: Indagine di mercato relativa a Endoprotesi per il trattamento dell'aurisma dell'aorta, per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0028374_2024_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	E59C990FB3973B92B0B06FE090937913C E70494F943509D5692D42D459A5797B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo  
UOC Servizio Acquisti di Area Vasta  
Il Direttore

Settore Beni Sanitari

Operatori Economici vari  
Loro Sedi

**OGGETTO:** Indagine di mercato relativa a Endoprotesi per il trattamento dell'aneurisma dell'aorta, per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Con riferimento alla necessità di procedere ad una indagine di mercato relativa a:

**1) ENDOPROTESI Off-the shelf per il trattamento di aneurisma dell'aorta coinvolgente i vasi viscerali:**

**Caratteristiche:**

- Scheletro in acciaio
- Endoprotesi conica in un'unica configurazione
- Protesi in Poliestere
- Protesi con 4 branch per rivascolarizzazione delle arterie viscerali
- Endoprotesi precaricata su sistema di introduzione idrofilico armato con diametro 8.5 mm.
- Completa l'endoprotesi, se necessario, un corpo biforcuto con diametro 22 mm e lunghezza da 80 a 130 con tolleranza  $\pm 5\%$

**2) ENDOPROTESI PRE-CANNULATA per il trattamento di aneurisma dell'aorta coinvolgente i vasi viscerali**

**Caratteristiche:**

- Scheletro in acciaio/nitinolo
- Protesi in Poliestere
- Protesi con 4 inner branch precannulati per rivascolarizzazione delle arterie viscerali
- Endoprotesi precaricata su sistema di introduzione idrofilico armato con diametro 8.5 mm
- Diametro corpo prossimale da 26 a 30 mm e distale da 33 mm a 38 mm

si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza tali dispositivi impiantabili..

**Maria Ferrari**

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)  
0516079908  
maria.ferrari@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare la sola documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all'indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica [maria.ferrari@ausl.bologna.it](mailto:maria.ferrari@ausl.bologna.it) oppure mediante la piattaforma Sater **entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 marzo p.v.**

La presente indagine di mercato è pubblicata anche sul Portale SATER della Regione Emilia Romagna, l'operatore economico, già registrato, potrà inviare documentazione anche da detta piattaforma.

A disposizione per eventuali informazioni, AUSL BOLOGNA - Servizio Acquisti Area Vasta -tel 051/6079908 e-mail: [maria.ferrari@ausl.bologna.it](mailto:maria.ferrari@ausl.bologna.it).

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:  
Maria Ferrari