



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0087746

DATA: 11/07/2025

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO relativa alla fornitura di generatori per coagulazione a radiofrequenza per le esigenze dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna dell'AUSL di Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0087746_2025_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	4007EDE1D87C712F5F5A7C9C399A3C87 046E789DADF7A188143227CDBCA93EE2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI,
LORO SEDI,

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO relativa alla fornitura di generatori per coagulazione a radiofrequenza per le esigenze dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna dell'AUSL di Bologna

Con il presente avviso, l'Azienda USL di Bologna – in qualità di Stazione Appaltante, tramite il Servizio Acquisti di Area Vasta (SAAV), intende espletare un'indagine di mercato per individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, potenziali Operatori Economici da invitare all'eventuale procedura di fornitura del servizio in oggetto, ai sensi del D. lgs. n° 36/2023 (di seguito, per brevità, Codice dei contratti pubblici).

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del Codice dei contratti pubblici.

OBIETTIVO DEL SERVIZIO

L'Azienda USL di Bologna si propone di acquisire un generatore a radiofrequenza per coagulazione bipolare per specifiche esigenze specialistiche della Neurochirurgia dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

La fornitura suaccennata dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- valori bassissimi di impedenza d'uscita: correnti e potenze di lavoro molto basse utilizzabili con tessuti molto delicati;
- coagulazione con utilizzo di onda aperiodica, al fine di prevenire la carbonizzazione dei tessuti;
- il generatore deve analizzare in modo costante sia l'energia erogata, sia l'energia sull'elettrodo di ritorno, al fine di evitare danno tissutale.

Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria ma non sufficiente una dichiarazione del fornitore; pertanto, **si richiede di allegare la documentazione tecnica del fabbricante a supporto (IFU/ Schede tecniche/ brochure/ dichiarazioni di conformità e corretta marcatura CE).**



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione tecnica inerente allo svolgimento del servizio in argomento, tassativamente **entro le ore 12.00 del 11/08/2025, esclusivamente attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale SATER** (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna).

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore munito di apposita procura conferita dal Legale Rappresentante, da porre a corredo della documentazione da trasmettere.

Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria, ma non sufficiente una dichiarazione del fornitore; pertanto, si rammenta di allegare la documentazione tecnica del fabbricante, come sopra indicato. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere una campionatura dei dispositivi a comprova del possesso dei requisiti sopra elencati.

L'Operatore Economico interessato dovrà allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto. A titolo esemplificativo:

- una relazione sull'azienda (organizzazione, struttura, ecc.);
- certificazioni ed abilitazioni relative all'esecuzione del servizio richiesto per la tipologia di apparecchiature indicate.

AZIENDE INTERESSATE

L'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna dell'AUSL di Bologna.

PRECISAZIONI CONCLUSIVE

Si rammenta, infine, che tale indagine ha fini prettamente esplorativi, non rappresentando una proposta contrattuale e non vincolando in alcun modo l'Amministrazione a dare seguito alla procedura di affidamento. Pertanto, gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare in alcun modo titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento del servizio in oggetto.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si specifica che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.



Si specifica che per qualsivoglia chiarimento gli operatori economici hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione del referente del SAAV competente per questa pratica, Dott. Constantin Grigoras, ai seguenti recapiti:

- e-mail: constantin.grigoras@ausl.bologna.it;
- telefono: 051 607 9771.

Salutiamo distintamente.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Antonia Crugliano