



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0011946

DATA: 28/01/2025

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di servizi di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione DRAEGER MEDICAL AG & CO KG – AUSLFE e AOUFE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Stefania Zuccarelli

CLASSIFICAZIONI:

- [08-03]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0011946_2025_Lettera_firmata.pdf:	Zuccarelli Stefania	76C760FD6CCAEF6EAC56EF473BE1D7A 0A130CB07B493469F0DD6C5FC4E6F09E9
PG0011946_2025_Allegato1.pdf:		DE4D2F4F8A45299348C6246A03B3D05F D53F473AC88281996105763BECEA5786
PG0011946_2025_Allegato2.pdf:		CEFF718726E99703C887525201E9E5165 3F675E2C82279A1F41F589C7D85D7D4
PG0011946_2025_Allegato3.pdf:		AC85451055B01D9C9BED49B5E4C2FB00 D7F537076771977D21EAB566318369E7



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

Operatori economici
Loro sedi, ,

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di servizi di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione DRAEGER MEDICAL AG & CO KG – AUSLFE e AOUFE.

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto la fornitura di servizi di manutenzione, come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Fabbisogno:

La presente indagine di mercato ha come oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, di durata pluriennale, su apparecchiature prodotte da DRAEGER MEDICAL AG & CO KG secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate per le esigenze dell'Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, per tutte le tipologie di tecnologie incluse nell'Allegato 1 - ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx, senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di tecnologie dello stesso fabbricante oppure potranno essere modificate le condizioni di fornitura qualora si renda necessario.

Produttore/Fabbricante:

- DRAEGER MEDICAL AG & CO KG

Tipologia apparecchiature:

- VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO E RELATIVI ACCESSORI
- RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI E RELATIVI ACCESSORI
- INCUBATRICE NEONATALE
- PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER

Cataldo Valentini

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923

Codice fiscale e partita Iva 02406911202



- ANESTESIA, APPARECCHIO PER E RELATIVI ACCESSORI
- TESTA LETTO
- MONITOR MULTIPARAMETRICO E RELATIVI ACCESSORI
- CENTRALE MONITORAGGIO
- BILIRUBINOMETRO CUTANEO
- PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA
- MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI
- PULSOSSIMETRO
- MONITOR PER VENTILAZIONE E RELATIVI ACCESSORI
- IMMAGINI POLMONARI FUNZIONALI, APPARECCHIO PER

Tipologie contrattuali incluse nella fornitura

Tipologia di Contratto	Descrizione
FULL RISK (FRI)	Contratto "tutto compreso": include mano d'opera, manutenzione preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso. A discrezione dell'Azienda Committente potrà essere svolto un intervento di primo livello effettuato con tecnici "interni" all'Azienda stessa.
MANUTENZIONE PREVENTIVA (PRE)	Contratto che riguarda le sole visite di manutenzione preventiva previste dal fabbricante (comprese delle sostituzioni delle parti di ricambio soggette a sostituzione periodica o in funzione dell'intensità d'uso). I costi relativi all'attività di manutenzione correttiva (pezzi di ricambio, dispositivi pluriuso e manodopera) sono esclusi dal canone indicato.
FORNITURA RICAMBI (RIC)	Contratto di fornitura di manodopera per attività di manutenzione correttiva o preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso.

Requisiti minimi richiesti:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI TIPO FULL RISK (FRI)

Il contratto di manutenzione di tipo full risk deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda “ELENCO APPARECCHIATURE FRI” del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx ed i relativi accessori tutti i danni, inclusi quelli per cause accidentali.

Requisiti minimi richiesti:

- Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
- Personale tecnico specializzato e/o certificato
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti



- Disponibilità di materiale di consumo o usurabile dedicato, originale o compatibile funzionalmente equivalente
- Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante
- Possibilità di primo intervento eseguito da personale “interno” alle Aziende
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Fornitura di strumenti di back-up su richiesta con modello analogo o superiore
- Tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata
- Tempi di risoluzione entro 16 ore lavorative (dalla chiamata).

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA (PRE)

Il contratto di manutenzione preventiva deve includere per tutte le apparecchiature incluse nella scheda “ELENCO APPARECCHIATURE PRE” del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx” ed i relativi accessori l’attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli indicati del fabbricante

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato e/o certificato
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione

FORNITURA RICAMBI (RIC)

Il contratto di fornitura ricambi deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda “ELENCO APPARECCHIATURE RIC” del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx” la fornitura di:

- Parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Dispositivi medici pluriuso necessari al funzionamento del sistema
- Attività di assistenza tecnica correttiva o preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) su chiamata

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato e/o certificato
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative
- Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 48 ore lavorative (dalla chiamata di intervento)



- Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 24 ore lavorative (dalla richiesta)

Aziende interessate

Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto con riferimento a quanto meglio dettagliato nell'ALLEGATO 1.

A titolo di esempio non esaustivo si considerino:

- Una relazione sull'Azienda (organizzazione, struttura, etc.);
- Certificazioni ed abilitazioni relative all'esecuzione del servizio richiesto per la tipologia di apparecchiature indicate in Allegato.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura del servizio sopra descritto, dovrà manifestare il proprio interesse entro le ore: 12.00 del giorno 27.02.2025.

La suddetta manifestazione di interesse sarà espressa dagli OO.EE. **unicamente** sulla piattaforma Sater messa a disposizione da IntercentER.

Il S.A.A.V. dell'Azienda USL di Bologna non accetterà altre modalità di manifestazione di interesse, sollevandosi da ogni responsabilità per mancata ricezione della documentazione laddove sia dimostrato che gli OOEE non si siano attenuti alla richiesta di cui sopra.

Si resta a disposizione per ogni altra informazione che potrà essere richiesta scrivendo all'indirizzo: cataldo.valentini@ausl.bologna.it, oppure telefonicamente al nr. 051-607.9923.

Distinti saluti.

Per la Dott.ssa Antonia Crugliano

Firmato digitalmente da:

Cataldo Valentini

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923

Codice fiscale e partita Iva 02406911202



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Stefania Zuccarelli

Responsabile procedimento:
Cataldo Valentini

Cataldo Valentini
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

ELENCO APPARECCHIATURE FRI

Tipologia	Costruttore	Modello
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	BABYLOG 8000 PLUS
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	BABYLOG VN500
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA INFINITY V500
ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PERSEUS A500
ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS

ELENCO APPARECCHIATURE PRE		
Tipologia	Costruttore	Modello
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA 2 DURA
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA 4
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA XL

ELENCO APPARECCHIATURE RIC

Tipologia	Costruttore	Modello
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	BABYLOG 8000 PLUS
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	BABYLOG VN500
RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	BABYTHERM 8010
INCUBATRICE NEONATALE	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	CALEO
PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	CF-800
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA 2 DURA
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA 4
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA INFINITY V500
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA XL
TESTA LETTO, APPARECCHIO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	GEMINA 3200
TESTA LETTO, APPARECCHIO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	GEMINA DUO
ALIMENTATORE	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	IDS POWER SUPPLY
MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY ACUTE CARE SYSTEM (IACS)
PANEL PC MEDICALE	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY C500
PANEL PC MEDICALE	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY C700
CENTRALE MONITORAGGIO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY CENTRAL STATION
MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA
MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA XL
MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY GAMMA XL
DOCKING STATION	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY M500 DOCKING STATION
MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY M540
CENTRALE MONITORAGGIO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY MULTIVIEW WORKSTATION
MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY OMEGA
ALIMENTATORE	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY P2500
BILIRUBINOMETRO CUTANEO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	JM-105
ALIMENTATORE	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	MS18284 POWER SUPPLY
SCHERMO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	MS34035
PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	MZ02545
PULSOSIMETRO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXIPAC 2500
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 2000
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 3000
PULSOSIMETRO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYTREND
ALIMENTATORE /RADDRIZZATORE (CARICABATTERIE)	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	P 2500
ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PERSEUS A500
MONITOR PER VENTILAZIONE	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PM 8050
TESTA LETTO, APPARECCHIO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PONTA E
ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS
IMMAGINI POLMONARI FUNZIONALI, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PULMOVISTA 500
MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	VISTA 120
CENTRALE MONITORAGGIO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	VISTA 120 CMS