



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0016741

DATA: 06/02/2025

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a dispositivi sovraglottidei con cuffia anatomica non gonfiabile, ma adattabile.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0016741_2025_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	C1485C44D5638B11D51AC4A92B093B9E 978B8D83F7C6873B9116825F624ACA95



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Dipartimento Amministrativo
UOC Servizio Acquisti di Area Vasta
Il Direttore

Settore Beni Sanitari

Spett.li Operatori Economici
Loro Sede

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a dispositivi sovraglottidei con cuffia anatomica non gonfiabile, ma adattabile.

Questa azienda ha necessità di esperire un'indagine conoscitiva di mercato relativa a dispositivi sovraglottidei, aventi le seguenti caratteristiche:

1. La cuffia si deve adattare perfettamente all'Anatomia sovraglottidea senza dover esercitare alcuna pressione evitando il gonfiaggio.
2. La composizione del dispositivo, compreso l'elastomero termoplastico, non deve interferire con i campi magnetici; quindi, deve essere compatibile con le unità di RMN senza creare artefatti.
3. La sezione assiale del prodotto deve avere una forma tale, preferibilmente ovale, da avere una perfetta stabilità nel cavo orale del paziente, evitando di dover posizionare una cannula di Guedel in modo da impedire eventuali dislocamenti durante le diverse procedure, chirurgiche e non.
4. Il supporto per l'Epiglottide deve fare in modo che la stessa non possa mai ostruire il lume interno di ventilazione.
5. Il foro e relativo canale dedicato che procede parallelamente al canale di ventilazione principale deve permettere l'introduzione di un sondino per lo svuotamento gastrico.
6. Le misure che devono essere disponibili sono:
 - NEONATO 2-5 KG
 - BAMBINO 5-12 KG
 - PAZIENTE ETA' PEDIATRICA PICCOLA 10-25 KG
 - PAZIENTE ETA' PEDIATRICA GRANDE 10-25 KG
 - ADULTI PICCOLI 30-60 KG
 - ADULTI GRANDI 50-90 KG
7. Il calibro del canale deve essere di 12 FG in modo da evitare che il rigurgito finisca nelle vie aeree e provocare conseguenti infezioni.
8. Deve essere completamente latex free e privo di PVC in ogni sua parte. Deve essere monouso e sterile.
9. Il materiale, di cui è composto, deve essere morbido e assolutamente a-traumatico per il paziente.

Marco Passiatore

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923

Codice fiscale e partita Iva 02406911202



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Si chiede, pertanto, alle Ditte che producono e/o commercializzano i prodotti sopra elencati di esprimere la propria manifestazione d'interesse, inviando la sola documentazione tecnica sul portale SATER, entro e non oltre il termine stabilito sul medesimo.

Per eventuali informazioni le Ditte potranno rivolgersi al Servizio Acquisti di Area Vasta alla mail:
marco.passiatore@ausl.bologna.it

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Marco Passiatore

Marco Passiatore
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202