



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0021757

DATA: 18/02/2025

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA RIMOZIONE DEL CEMENTO OSSEO ACRILICO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA CHIRURGIA ORTOPEDICA DELL'IRCCS DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [08-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0021757_2025_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	8AED7C4C8B1752C167A9DFF0C15EFA82 090F87F7B6F6D5A54672D034EB6DE295
PG0021757_2025_Allegato1.pdf:		83DB629B70ADCB0991B2E3686568127E DE1836154C86B7EED8CC5DBDE1EB7937



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

Ditte varie
Loro Sedi 0
40121 Bologna (Bologna)

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA RIMOZIONE DEL CEMENTO OSSEO ACRILICO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA CHIRURGIA ORTOPEDICA DELL'IRCCS DELL' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto la fornitura di un sistema di rimozione del cemento osseo acrilico per facilitare le procedure di revisione di artroplastica d'anca.

Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Principio di funzionamento ad ultrasuoni
- Destinato a tre diverse applicazioni ortopediche: rimozione cemento, rimozione protesi non cementate, osteotomie
- Attivazione manuale dal manipolo oltre che dai pedali
- Regolazione automatica della potenza e della frequenza a seconda della sonda in uso e della funzione selezionata
- Feedback uditivi e visivi specifici durante il funzionamento per evitare il rischio di danneggiare la qualità dei tessuti molli e dell'osso.
- Vasta gamma di sonde diverse per le diverse applicazioni
-

Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria ma non sufficiente una dichiarazione del fornitore, pertanto si richiede di allegare la documentazione tecnica del fabbricante (IFU/Schede tecniche/brochure) a supporto.

La Stazione appaltante si riserva di richiedere una campionatura dei dispositivi a comprova del possesso dei requisiti sopra elencati.

Il fabbisogno annuo stimato è di circa 60 procedure.

Angela Bellanova

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051/6079696
angela.bellanova@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202





Come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura di acquisizione dei beni ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Il sistema dovrà avere le caratteristiche indicate nell'Allegato 1.

Azienda interessata alla fornitura:

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto con riferimento a quanto meglio dettagliato nell'ALLEGATO A1 Questionario , compilato e firmato.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura sopra descritta, dovrà inviare istanza sulla Piattaforma Sater di Intercent ER della Regione Emilia-Romagna, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.03.2025.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Antonia Crugliano

FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA RIMOZIONE DEL CEMENTO OSSEO ACRILICO

1	DATI FORNITORE		
1.1	Produttore (Indicare)		
1.2	Fornitore (Indicare)		
1.3	Modello/Nome commerciale (Indicare)		
1.4	CND (Indicare)		
1.5	Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)		
2	MANUALE D'USO	Versione	
2	CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA	SI/NO	Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
2.1	Princípio di funzionamento ad ultrasuoni		
2.2	Destinato a tre diverse applicazioni ortopediche:		
2.2.1	Rimozione cemento		
2.2.2	Rimozione protesi non cementate		
2.2.3	Osteotomie		
2.3	Attivazione manuale dal manipolo oltre che dai pedali		
2.4	Regolazione automatica della potenza e della frequenza a seconda della sonda in uso e della funzione selezionata		
2.5	Feedback uditiivi e visivi specifici durante il funzionamento per evitare il rischio di danneggiare la qualità dei tessuti molli e dell'osso		
2.6	Vasta gamma di sonde diverse per le diverse applicazioni (indicare)		
3	CERTIFICATI	Indicare i certificati	Indicare nome del file allegato all'offerta
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			