



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0067492

DATA: 27/05/2025

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.2
CONTROPULSATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA
DESTINARE ALLA U.O. CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DELL'
AZIENDA USL DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0067492_2025_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	EA5F08E2BD26984B08A878FE7096C5384 BB9B1C71631604417037E94221FDDCE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

Operatori economici
Loro sedi, ,

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.2 CONTROPULSATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA U.O. CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

Con la presente si intende espletare indagine di mercato come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura di acquisizione dei beni ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

La fornitura include n.2 CONTROPULSATORI AORTICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO dalle seguenti caratteristiche:

- Contropulsazione proattiva
- Sistema di temporizzazione che comprende anche la lettura del flusso aortico
- Riconoscimento perdite di elio sempre attivo sull'onda di pressione del gas movimentato
- Allarmi sempre attivi indipendenti dalla frequenza cardiaca
- Sistemi di allarmi sia acustico che visivo a colori

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Aziende ad oggi interessate alla fornitura:

Azienda Usl di Bologna

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del service proposto con riferimento a quanto sopra dettagliato.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Daniela Cavedoni

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
0516079638
daniela.cavedoni@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111
Codice fiscale e partita Iva 02406911202





La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura sopra descritta, dovrà inviare istanza sulla Piattaforma Sater di Intercent ER della Regione Emilia-Romagna, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.06.2025.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Antonia Crugliano