

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0102048

DATA: 26/08/2026

OGGETTO: ESITO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO NS. PROT.63280 DEL 21.5.2026 PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 ELETTROMIOGRAFI NATUS KEYPOINT G4 OCCORRENTI ALLA UO CLINICA NEUROLOGICA IRCCS ISNB AZIENDA USL DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [08-05]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0102048_2026_Lettera_firmata.pdf	Crugliano Antonia	0F34BCE5B3EB968986861A8CB5072AD3 4E5E3D1EF9D4C222453077331E1C683E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

E.M.S. srl
ems.srl@legalmail.it

OGGETTO: ESITO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO NS. PROT.63280 DEL 21.5.2026
PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 ELETTROMIOGRAFI NATUS KEYPOINT G4
OCCORRENTI ALLA UO CLINICA NEUROLOGICA IRCCS ISNB AZIENDA USL DI
BOLOGNA

A seguito della disamina della manifestazione di interesse pervenuta in data 22.6.2026, il Servizio competente ha rilevato che la proposta tecnologica presentata dalla S.V. non risulta conforme per le seguenti motivazioni:

1. Era richiesta la compatibilità al sistema Keypoint.net attualmente installato presso la U.O. Clinica Neurologica, al fine di rendere disponibili sul sistema stesso i dati storici dei pazienti in cura, tale richiesta è funzionale al percorso di diagnosi e di refertazione, pertanto la soluzione proposta, la quale prevede l'utilizzo di una ulteriore workstation separata dal sistema proposto dove visualizzare i dati storici, non risulta idonea;
2. Era richiesto che sul sistema fosse implementato l'algoritmo Peak Ratio. La proposta di codesta ditta prevede l'utilizzo di un algoritmo di un fornitore terzo (Ospedale Universitario di Aarhus) previo accordo tra IRCCS ISNB e tale ente. Tale proposta non risulta conforme alla richiesta.

Ringraziando per l'interesse formulato, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Antonia Crugliano