



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0105995
DATA: 04/09/2026
OGGETTO: Avviso consultazione preliminare di mercato per la fornitura di Elettroencefalografo occorrente alla UOC Clinica Neurologica –Rete Neurologica Metropolitana (NEUROMET) dell'Azienda USL di Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [08-05]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0105995_2026_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	C72399F1926A95F5FC8C7E011081B891F FF7C1F8E4056C3A13811AE721765841
PG0105995_2026_Allegato1.pdf:		4DCCF16FFAB9D76EBDD032337C3AA9 BE8C6B36D1234547BACC6455A80345F8C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

DITTE VARIE
dittevarie@ausl.bo.it

OGGETTO: Avviso consultazione preliminare di mercato per la fornitura di Elettroencefalografo occorrente alla UOC Clinica Neurologica –Rete Neurologica Metropolitana (NEUROMET) dell'Azienda USL di Bologna

Con la presente, in vista dell'indizione di una successiva procedura di gara pubblica per l'approvvigionamento di apparecchiature elettromedicali destinate a questa Amministrazione, si avvia una consultazione preliminare di mercato al fine di verificare la disponibilità di prodotti idonei a soddisfare le specifiche esigenze cliniche e tecnologiche dell'Ente.

A tal fine, si richiede a Codesta Società di confermare se produce e/o commercializza un sistema EEG rispondente alle seguenti **caratteristiche tecniche minime obbligatorie**:

1. **Testina EEG** dotata di moduli integrati internamente per la connessione diretta di pulsossimetria e capnografia;
2. **Database unificato** nativo modello *Polaris.one*;
3. **Software avanzato** per l'analisi spettrale dell'EEG e per la mappatura cerebrale di frequenza.

Si precisa che il possesso delle caratteristiche e dei componenti sopra citati costituisce **condizione essenziale, tassativa e non derogabile** per lo svolgimento delle attività clinico-scientifiche a cui il sistema è strutturalmente destinato, per le seguenti motivazioni:

1- effettuare registrazioni poligrafiche o polisonnografiche

2.

- permettere di utilizzare il database paziente oggi già impiegato (DMS/Polaris.one), senza alcuna variazione, visualizzando integralmente i tracciati ed i relativi referti acquisiti negli anni, con la possibilità di interscambio, copia ed analisi nella sezione AOSP del database;



-gestione dei dati EEG/EMG/PE a distanza fra i Presidi Ospedale Bellaria e Ospedale Sant'Orsola, per l'analisi, la refertazione e il monitoraggio senza alcuna conversione del formato (formato EEG) e senza utilizzo di software di terze parti;

-interfacciarsi e integrarsi perfettamente con i sistemi attualmente presenti presso i laboratori EEGPolisonnografia e studio del Sistema nervoso vegetativo della UOC Neuromet, sede Bellaria, dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (il sistema di archiviazione degli esami deve essere quindi pienamente compatibile con quello in uso presso tali laboratori al fine di permettere l'integrazione dei dati neurofisiologici per l'analisi e valutazione dell'evoluzione clinico/strumentale);

3- il software deve permettere analisi approfondite e mirate attraverso analisi in frequenza e mappe per visualizzazione topografica di aree epilettogene attive

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa o da un procuratore (in tal caso deve essere corredata da copia della procura conferita dal legale rappresentante).

Si precisa che tale consultazione ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente consultazione, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si specifica che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.


Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica del sistema proposto e l'Allegato 1- Questionario compilato e firmato in cui sono indicate le caratteristiche idonee a soddisfare quanto richiesto.

Le ditte potranno manifestare il loro interesse unicamente attraverso la piattaforma Intercent-ER Sater, entro le **ore 12 del giorno 07/10/2026**

Le manifestazioni di interesse arrivate con altre modalità e fuori tempo massimo non saranno prese in considerazione.

Lo scrivente Servizio non accetterà nessuna altra modalità, oltre quella indicata sopra, per manifestare interesse da parte degli operatori economici.

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi al Servizio Acquisti di Area Vasta dell'Azienda USL di Bologna, al seguente indirizzo:



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

a.tallarico@ausl.bologna.it/, angela.bellanova@ausl.bologna.it

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Antonia Crugliano

Allegato 1-Questionario tec

ID	Caratteristica Richiesta	Fabbricante
1	Testina EEG integrata con pulsossimetrie e capnografia, per poter effettuare registrazioni poligrafiche o polisonnografiche	
3	Software avanzato di analisi EEG spettrali e mappe cerebrali di frequenza, per visualizzazione topografica di aree epilettogene attive	
2	Utilizzo database unificato polaris.one per visualizzazione integrale dei tracciati e relativi referti acquisiti con la possibilità di interscambio, copia e analisi; gestione dei dati EEG/EMG/PE tra presidi (Ospedale Bellaria-Ospedale Sant'Orsola) senza conversione del formato e senza l'utilizzo di sw di terze parti	

Modello 1000 - Elettroencefalografo

Modello	Risposta (SI/NO)	Motivazione dell'Indispensabilità / Note