

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0125318
DATA: 19/10/2026
OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L' ACQUISIZIONE, A TITOLO DI NOLEGGIO PER 24 MESI, DI UN SEQUENZIATORE OCCORRENTE ALLA S.S.D. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:


- [08-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0125318_2026_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	6EA2D36DF89BFE6427D2ACA14729B600 3D23B7108867EE22414339FCB3FEAECB
PG0125318_2026_Allegato1.pdf:		4A92C1F6E284DB3E8AFA1825517825BA6 C52FAE6E2F7CF081DD6172E86CDFE06



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

DITTE VARIE
dittevarie@ausl.bo.it

OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE, A TITOLO DI NOLEGGIO PER 24 MESI, DI UN SEQUENZIATORE OCCORRENTE ALLA S. S.D. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Con riferimento alla necessità di azionare una procedura di gara, si avvia una consultazione preliminare di mercato al fine di verificare la disponibilità di prodotti idonei a soddisfare le specifiche esigenze cliniche e tecnologiche dell'Ente.

A tal fine, si richiede a Codesta Ditta di confermare se produce e/o commercializza l'attrezzatura indicata in oggetto che dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche indispensabili:


Noleggio Sequenziatore

Caratteristiche:

1. Strumento di dimensioni ridotte per il sequenziamento NGS di piccoli target con ampia scalabilità (output da 1.5, 7.5, 15 e 30 Gb) con possibilità di correre in single o paired-end da un minimo di 100 a 600 bp e con elevata qualità (a 85-90% delle basi con punteggio superiore a Q30);
2. Generazione dei cluster integrata sullo strumento;
3. Server integrato per l'analisi primaria e secondaria e tecnologica di compressione "lossless" del dato;
4. Durata del sequenziamento compresa tra 4 e 15.5 ore (7 ore per corsa 300bp);
5. Nessuna manutenzione di lavaggi pre e post run;
6. Sequenziamento primario degli indici;
7. Sequenziamento Paired End 500bp (500 x 2).

Materiale di consumo:

1. Reagenti formulati liofilizzati senza formammide e conservati a temperatura ambiente;



La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (in tal caso deve essere corredata da copia della procura conferita dal legale rappresentante).

Si precisa che tale consultazione ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente consultazione, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si specifica che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Le Ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica e l'Allegato 1 – Questionario (compilato e firmato) del sistema proposto le cui caratteristiche siano idonee a soddisfare quanto richiesto.

Le Ditte potranno manifestare il loro interesse attraverso la piattaforma SATER entro e non oltre il termine indicato all'interno della piattaforma nella sezione dedicata alla presente procedura.

Le manifestazioni di interesse arrivate con altre modalità e fuori tempo massimo non saranno prese in considerazione.

Lo scrivente Servizio non accetterà nessuna altra modalità, oltre quella indicata sopra, per manifestare interesse da parte degli operatori economici.

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi al Servizio Acquisti di Area Vasta dell'Azienda USL di Bologna, al seguente indirizzo: annamariaantonia.cuce@ausl.bologna.it; angela.bellanova@ausl.bologna.it

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Annamaria Antonia Cuce'

Fabbricante modello		SI	NO
1	Strumento di dimensioni ridotte per il sequenziamento NGS di piccoli target con ampia scalabilità (output da 1.5, 7.5, 15 e 30 Gb) con la possibilità di correre in single o paired- end da un minimo di 100 a 600 bp e con elevata qualità (a 85-90% delle basi con punteggio superiore a Q30)		
2	Generazione dei cluster integrata sullo strumento		
3	Server integrato per l'analisi primaria e secondaria e tecnologia di compressione "lossless" del dato		
4	Durata del sequenziamento compresa tra 4 e 15.5 ore (7 ore per corsa 300bp)		
5	Reagenti formulati liofilizzati senza formammide e conservati a temperatura ambiente		
6	Nessuna manutenzione di lavaggi pre e post run		
7	Sequenziamento primario degli indici		
8	Sequenziamento Paired End 500bp (500 x 2)		