

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0023571
DATA: 25/02/2026
OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato, per l'acquisto di un SISTEMA RM A CAMPO MAGNETICO DI INTENSITA' ULTRA – BASSA per le esigenze dell' UO di Neuroradiologia dell'Ospedale Maggiore dell'Azienda USL di Bologna.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:


- [08-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0023571_2026_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	BE6DFA56F48F8F67205503F1080AB4DA C018D90CE64C8DC7F5F3C4B670F997B7
PG0023571_2026_Allegato1.pdf:		37CF6D142503CE791261770A38E74DE05 1F0F354647CA876B076ABA6161C275B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo
UOC Servizio Acquisti di Area Vasta
Il direttore

Ufficio Staff

Operatori economici
Loro sedi

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato, per l'acquisto di un SISTEMA RM A CAMPO MAGNETICO DI INTENSITA' ULTRA – BASSA per le esigenze dell'UO di Neuroradiologia dell'Ospedale Maggiore dell'Azienda USL di Bologna.

Con la presente si intende procedere a una consultazione preliminare di mercato per l'acquisto di un sistema RM a campo magnetico di intensità ultra – bassa, per le esigenze dell'UO di Neuroradiologia dell'Ospedale Maggiore dell'Azienda USL di Bologna, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, le ditte da invitare alla procedura di acquisto del sistema esplicitato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.


L'acquisto della presente consultazione preliminare di mercato riguarda un Sistema RM a campo magnetico di intensità ultra – bassa ($\leq 0,1$ T).

Caratteristiche di natura tecnica del sistema:

1. Basso campo magnetico ($\leq 0,1$ T)
2. Sistema trasportabile su ruote
3. Linea dei 5 Gauss garantita tramite l'utilizzo di dispositivo di protezione in dotazione dello strumento (anello di protezione) – sicura per operatori ed eventuali altri pazienti vicini.
4. Previsto l'uso presso il letto del paziente
5. Utilizzo in ambito neurologico

Il sistema oggetto della presente consultazione preliminare di mercato sarà utilizzato nello svolgimento delle seguenti attività:

1. Esecuzione di RM in pazienti acuti e/o critici che non presentino dispositivi impiantati attivi o passivi con contrindicazioni all'esame RM, in qualsiasi ambiente e là dove serve, nel cosiddetto "point of care";
2. Attività di ricerca mirata alla valutazione dell'efficacia diagnostica primaria e alla verifica della rispondenza con i risultati di RM ad alto campo quale mezzo prognostico nello stroke acuto;



3. Attività di ricerca nella diagnosi precoce dell'ictus cerebrale e della prognosi post-trombectomia, con possibilità di estenderne l'utilizzo nelle condizioni neurologiche critiche (es. terapie intensive).

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 .

Qualora l'operatore economico sia nelle condizioni di effettuare la fornitura del sistema RM a campo magnetico di intensità ultra – bassa, come sopra esplicitato, dovrà inviare manifestazione di interesse allo scrivente Servizio Acquisti di Area Vasta, esclusivamente attraverso la piattaforma SATER, entro e non oltre la data indicata sul medesimo portale, allegando la documentazione tecnica richiesta e compilando il questionario allegato.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (in tal caso deve essere corredata da copia della procura conferita dal legale rappresentante).

Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite di tempo indicato sulla piattaforma Sater per cui l'onere della compiuta consegna delle stesse, nei termini indicati, resta ad esclusivo carico dell'operatore economico.

Non saranno altresì accettate manifestazioni di interesse prive della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del soggetto giuridico interessato-

Si precisa che la presente consultazione ha solo fini esplorativi e gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.


Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito web dell'Azienda Usl di Bologna:

www.ausl.bologna.it/operatori-economici/avvisi-e-indagini-di-mercato

- pubblicazione sulla Piattaforma della Regione Emilia-Romagna SATER:



<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/consultazioni-preliminari-di-mercato-aperte>

Eventuali quesiti in merito al presente avviso dovranno pervenire sulla piattaforma Sater entro e non oltre la data indicata sul medesimo portale.

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi al Servizio Acquisti di Area Vasta dell'Azienda USL di Bologna, via Gramsci, 12, Bologna, tel. 051-6079642, mail: antonella.montanari@ausl.bologna.it;

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Antonella Montanari

Antonella Montanari

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
0516079642
antonella.montanari@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

fabbrikante		SI	NO	
modello				
RDM				
1	Intensità del campo magnetico ultra - basso (<<0,1T)			
2	Sistema trasportabile su ruote			
3	non necessita di opere murarie ne gabbia di faraday			
4	non necessita di gas criogenici			
5	linea di 5 gauss garantita tramite l'utilizzo di dispositivo di protezione in dotazione dello strumento			
6	previsto anche per l'uso presso il letto del paziente			
7	ambito neurologico			