

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0038934

DATA: 30/03/2026

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione Applied Biosystems Inc. – AVEC.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [08-03]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0038934_2026_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	AC355E81D374633705DF6E71C9D09DDA 0F5CC77680A232E481B48BF56F440E2A
PG0038934_2026_Allegato1.pdf:		7B98D919E22DDACBD0D895C2458ED9C 5D46BE4E7ECB8A5988B76669CFAFEB55D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Operatori economici
Loro sedi, ,

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione Applied Biosystems Inc. – AVEC.

Con la presente si intende espletare consultazione preliminare di mercato per la fornitura di servizi di manutenzione, come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Fabbisogno:

La presente consultazione preliminare di mercato ha come oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, di durata pluriennale, su apparecchiature di produzione Applied Biosystems Inc. secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate per le esigenze dell'Azienda Usl di Bologna, dell'Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, dell'Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.


Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, per tutte le tipologie di tecnologie incluse in "Allegato – ELENCO APPARECCHIATURE", senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di tecnologie dello stesso fabbricante oppure potranno essere modificate le condizioni di fornitura qualora si renda necessario.

Produttore/Fabbricante:

- Applied Biosystems Inc

Tipologia apparecchiature:

- AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE
- APPARECCHIO PER ELETTROFORESI CAPILLARE
- SINTETIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE
- SOFTWARE CLINICO



Tipologie contrattuali incluse nella fornitura

Tipologia di Contratto	Descrizione
FULL RISK (FRI)	Contratto "tutto compreso": include mano d'opera, manutenzione preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso. A discrezione dell'Azienda Committente potrà essere svolto un intervento di primo livello effettuato con tecnici "interni" all'Azienda stessa.
MANUTENZIONE PREVENTIVA (PRE)	Contratto che riguarda le sole visite di manutenzione preventiva previste dal fabbricante (comprehensive delle sostituzioni delle parti di ricambio soggette a sostituzione periodica o in funzione dell'intensità d'uso). I costi relativi all'attività di manutenzione correttiva (pezzi di ricambio, dispositivi pluriuso e manodopera) sono esclusi dal canone indicato.
FORNITURA RICAMBI (RIC)	Contratto di fornitura di manodopera per attività di manutenzione correttiva o preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso.


Requisiti minimi richiesti:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI TIPO FULL RISK (FRI)

Il contratto di manutenzione di tipo full risk deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda "ELENCO APPARECCHIATURE FRI" del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx" ed i relativi accessori tutti i danni, inclusi quelli per cause accidentali

Requisiti minimi richiesti:

- Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva come da indicazioni del Fabbricante per gli specifici modelli: allegare copia delle iniziative formative del fabbricante o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato o autocertificazione di effettuare l'attività secondo le specifiche del fabbricante, allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore delle parti di ricambio equivalenti di compatibilità con i ricambi originali)
- Disponibilità di materiale di consumo o usurabile dedicato, originale o compatibile funzionalmente equivalente(fornire evidenza del produttore materiale di consumo equivalente di compatibilità con il materiale di consumo originale)
- Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante



- Possibilità di primo intervento eseguito da personale “interno” alle Aziende
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Fornitura di strumenti di back-up su richiesta con modello analogo o superiore
- Tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata
- Tempi di risoluzione entro 24 ore lavorative (dalla chiamata) se non disponibile un muletto per garantire la continuità di esercizio.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA (PRE)

Il contratto di manutenzione preventiva deve includere per tutte le apparecchiature incluse nella scheda “ELENCO APPARECCHIATURE PRE” del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx” ed i relativi accessori l’attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli indicati del fabbricante.

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva come da indicazioni del Fabbrikante per gli specifici modelli: allegare copia delle iniziative formative del fabbricante o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato o autocertificazione di effettuare l’attività secondo le specifiche del fabbricante, allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore delle parti di ricambio equivalenti di compatibilità con i ricambi originali)
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione


FORNITURA RICAMBI (RIC)

Il contratto di fornitura ricambi deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda “ELENCO APPARECCHIATURE RIC” del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx” la fornitura di:

- parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore delle parti di ricambio equivalenti di compatibilità con i ricambi originali)
- dispositivi medici pluriuso necessari al funzionamento del sistema originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore dei dispositivi medici pluriuso equivalenti di compatibilità con i dispositivi pluriuso originali)
- attività di assistenza tecnica correttiva o preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) su chiamata

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva come da indicazioni del Fabbrikante per gli specifici modelli: allegare copia delle iniziative formative



del fabbricante o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato o autocertificazione di effettuare l'attività secondo le specifiche del fabbricante, allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici.

- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 16 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)
- Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)
- Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 24 ore lavorative (dalla richiesta)

Aziende interessate

Azienda Usl di Bologna, Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Si precisa che tale consultazione ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.


La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto con riferimento a quanto meglio dettagliato nell'ALLEGATO.

Al fine di valutare il possesso dei requisiti minimi sopra richiesti, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Una relazione sull'Azienda (organizzazione, struttura, etc.);
- Attestazione in corso di validità (specificare scadenza) del Fabbricante che il fornitore è centro assistenza autorizzato. In assenza attestati di formazione effettuata dal fabbricante inerente agli specifici modelli oggetto dell'indagine. In assenza autocertificazione di effettuare l'attività secondo le specifiche del fabbricante allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici
- dichiarazione da parte del produttore dei ricambi che si tratta di ricambi originali o equivalenti
- dichiarazione di accettazione dei tempi di intervento/ risoluzione / approvvigionamento sopra specificati

In assenza della documentazione di cui sopra l'istanza non sarà considerata valida.



Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura del servizio sopra descritto, dovrà manifestare il proprio interesse entro le ore: 12.00 del giorno 30.04.2026.

La suddetta manifestazione di interesse sarà espressa dagli OO.EE. **unicamente** sulla piattaforma Sater messa a disposizione da IntercentER.

Il S.A.A.V. dell'Azienda USL di Bologna non accetterà altre modalità di manifestazione di interesse, sollevandosi da ogni responsabilità per mancata ricezione della documentazione laddove sia dimostrato che gli OOE non si siano attenuti alla richiesta di cui sopra.

Si resta a disposizione per ogni altra informazione che potrà essere richiesta scrivendo all'indirizzo: cataldo.valentini@ausl.bologna.it, oppure telefonicamente al nr. 051-607.9923.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Cataldo Valentini

ELENCO APPARECCHIATURE FRI	
Tipologia	Modello
APPARECCHIO PER ELETTROFORESI CAPILLARE	ABI PRISM 3500-DX GENETIC ANALYZER
APPARECCHIO PER ELETTROFORESI CAPILLARE	ABI PRISM 3500 GENETIC ANALYZER

ELENCO APPARECCHIATURE PRE	
Tipologia	Modello
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	PROFLEX BASE PCR SYSTEM
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	QUANTSTUDIO 1 REAL-TIME PCR
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	STEP ONE PLUS REAL TIME PCR
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	VERITI 96-WELL THERMAL CYCLER 0.2ML

ELENCO APPARECCHIATURE RIC	
Tipologia	Modello
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	310DNA SEQUENCER
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	7500 REAL-TIME PCR SYSTEM
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	ABI PRISM 3730
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	ABI PRISM 7900 HT SEQUENCE DETECTION SYSTEM
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	DELPHI 1500
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	GENEAMP PCR SYSTEM 2400
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	GENEAMP PCR SYSTEM 2700
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	GENEAMP PCR SYSTEM 2720
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	GENEAMP PCR SYSTEM 9700
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	PROFLEX BASE PCR SYSTEM
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	QUANTSTUDIO 1 REAL-TIME PCR
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	QUANTSTUDIO 5DX REAL-TIME PCR SYSTEM
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	SIMPLIAMP 96-WELL THERMAL CYCLER
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	SIMPLIAMP THERMAL CYCLER
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	STEP ONE PLUS REAL TIME PCR
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	VERITI 384-WELL THERMAL CYCLER 0.02ML
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	VERITI 96-WELL FAST THERMAL CYCLER 0.1ML
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	VERITIPRO THERMAL CYCLER
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	VIIA 7 DX REAL-TIME PCR SYSTEM
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	9800 FAST PCR SYSTEM
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	ABI PRISM 7300 REAL-TIME PCR SYSTEM
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	VERITI 96-WELL THERMAL CYCLER 0.2ML
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	VERITI DX 96
APPARECCHIO PER ELETTROFORESI CAPILLARE	3130 GENETIC ANALYZER
APPARECCHIO PER ELETTROFORESI CAPILLARE	ABI PRISM 310 GENETIC ANALYZER
APPARECCHIO PER ELETTROFORESI CAPILLARE	ABI PRISM 3500 GENETIC ANALYZER
SINTETIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	QUANTSTUDIO 3
SOFTWARE CLINICO	GENEMAPPER 6.1