

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0038933
DATA: 30/03/2026
OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione Beckman Coulter Inc. - AVEC

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:


- [08-03]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0038933_2026_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	A96BB040DE14FAC6C6ED730EE0CC03F B3E3FAC2267F62E06FE64728E3CA16078
PG0038933_2026_Allegato1.pdf:		E9DBB71423ACCFE2DC1B160085038259 6397CF1E6563B74A1724BF815F2A7900



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Operatori economici
Loro sedi, ,

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione Beckman Coulter Inc. - AVEC

Con la presente si intende espletare consultazione preliminare di mercato per la fornitura di servizi di manutenzione, come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Fabbisogno:

La presente consultazione preliminare di mercato ha come oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, di durata pluriennale, su apparecchiature di produzione Beckman Coulter Inc. secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate per le esigenze dell'Azienda Usl di Bologna, dell'Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e dell'Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli.


Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, per tutte le tipologie di tecnologie incluse in "Allegato – ELENCO APPARECCHIATURE", senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di tecnologie dello stesso fabbricante oppure potranno essere modificate le condizioni di fornitura qualora si renda necessario.

Produttore/Fabbricante:

- Beckman Coulter Inc

Tipologia apparecchiature:

- ACCESSORIO
- CAMPIONATORE AUTOMATICO
- CENTRIFUGA
- CENTRIFUGA REFRIGERATA
- DILUITORE
- ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI



- PH-METRO
- SPETTROFOTOMETRO
- SPETTROFOTOMETRO A SCANSIONE AUTOMATICA
- ULTRACENTRIFUGA

Tipologie contrattuali incluse nella fornitura

Tipologia di Contratto	Descrizione
MANUTENZIONE PREVENTIVA (PRE)	Contratto che riguarda le sole visite di manutenzione preventiva previste dal fabbricante (comprehensive delle sostituzioni delle parti di ricambio soggette a sostituzione periodica o in funzione dell'intensità d'uso). I costi relativi all'attività di manutenzione correttiva (pezzi di ricambio, dispositivi pluriuso e manodopera) sono esclusi dal canone indicato.
FORNITURA RICAMBI (RIC)	Contratto di fornitura di manodopera per attività di manutenzione correttiva o preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso.


Requisiti minimi richiesti:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA (PRE)

Il contratto di manutenzione preventiva deve includere per tutte le apparecchiature incluse nella scheda "ELENCO APPARECCHIATURE PRE" del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx" ed i relativi accessori l'attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli indicati del fabbricante.

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva come da indicazioni del Fabbricante per gli specifici modelli: allegare copia delle iniziative formative del fabbricante o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato o autocertificazione di effettuare l'attività secondo le specifiche del fabbricante, allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore delle parti di ricambio equivalenti di compatibilità con i ricambi originali)
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione



FORNITURA RICAMBI (RIC)

Il contratto di fornitura ricambi deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda "ELENCO APPARECCHIATURE RIC" del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx" la fornitura di:

- parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore delle parti di ricambio equivalenti di compatibilità con i ricambi originali)
- dispositivi medici pluriuso necessari al funzionamento del sistema originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore dei dispositivi medici pluriuso equivalenti di compatibilità con i dispositivi pluriuso originali)
- attività di assistenza tecnica correttiva o preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) su chiamata

Requisiti minimi richiesti:


- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva come da indicazioni del Fabbrikante per gli specifici modelli: allegare copia delle iniziative formative del fabbricante o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato o autocertificazione di effettuare l'attività secondo le specifiche del fabbricante, allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici.
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 16 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)
- Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)
- Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 24 ore lavorative (dalla richiesta)

Aziende interessate

Azienda Usl di Bologna, Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli.

Si precisa che tale consultazione ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto con riferimento a quanto meglio dettagliato nell'ALLEGATO.

Al fine di valutare il possesso dei requisiti minimi sopra richiesti, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Una relazione sull'Azienda (organizzazione, struttura, etc.);
- Attestazione in corso di validità (specificare scadenza) del Fabbricante che il fornitore è centro assistenza autorizzato. In assenza attestati di formazione effettuata dal fabbricante inerente agli specifici modelli oggetto dell'indagine. In assenza autocertificazione di effettuare l'attività secondo le specifiche del fabbricante allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici
- dichiarazione da parte del produttore dei ricambi che si tratta di ricambi originali o equivalenti
- dichiarazione di accettazione dei tempi di intervento/ risoluzione / approvvigionamento sopra specificati

In assenza della documentazione di cui sopra l'istanza non sarà considerata valida.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura del servizio sopra descritto, dovrà manifestare il proprio interesse entro le ore: 12.00 del giorno 30.04.2026.

La suddetta manifestazione di interesse sarà espressa dagli OO.EE. **unicamente** sulla piattaforma Sater messa a disposizione da Intercenter.

Il S.A.A.V. dell'Azienda USL di Bologna non accetterà altre modalità di manifestazione di interesse, sollevandosi da ogni responsabilità per mancata ricezione della documentazione laddove sia dimostrato che gli OOE non si siano attenuti alla richiesta di cui sopra.

Si resta a disposizione per ogni altra informazione che potrà essere richiesta scrivendo all'indirizzo: cataldo.valentini@ausl.bologna.it, oppure telefonicamente al nr. 051-607.9923.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Cataldo Valentini

[illegible]

Tipologia	Modello	Contratto
ACCESSORIO	SW55TI SWINGING BUCKET ROTOR	RIC
CAMPIONATORE AUTOMATICO	BIOMEK 3000	RIC
CAMPIONATORE AUTOMATICO	BIOMEK 4000 WORKSTATION DI AUTOMAZIONE	RIC
CENTRIFUGA	ALLEGRA X30	RIC
CENTRIFUGA	MICROFUGE 11	RIC
CENTRIFUGA	MICROFUGE 18	RIC
CENTRIFUGA	MICROFUGE 20 R	RIC
CENTRIFUGA REFRIGERATA	ALLEGRA 21R	RIC
CENTRIFUGA REFRIGERATA	ALLEGRA X12R	RIC
CENTRIFUGA REFRIGERATA	ALLEGRA X22R	RIC
CENTRIFUGA REFRIGERATA	ALLEGRA X-30R	RIC
CENTRIFUGA REFRIGERATA	AVANTI J 25	RIC
CENTRIFUGA REFRIGERATA	AVANTI J 30 I	RIC
CENTRIFUGA REFRIGERATA	MICROFUGE R	RIC
DILUITORE	BIOMEK 2000	RIC
ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	BIOMEK NX MULTI CHANNEL	RIC
PH-METRO	PHI 40	RIC
SPETTROFOTOMETRO	DU 62	RIC
SPETTROFOTOMETRO	DU 64	RIC
SPETTROFOTOMETRO	DU 720	RIC
SPETTROFOTOMETRO A SCANSIONE AUTOMATICA	DU 530	RIC
SPETTROFOTOMETRO A SCANSIONE AUTOMATICA	DU 730	RIC
ULTRACENTRIFUGA	L7 55	RIC
ULTRACENTRIFUGA	L8 80M	RIC
ULTRACENTRIFUGA	OPTIMA L 70	RIC
ULTRACENTRIFUGA	OPTIMA LE 80 K	RIC
ULTRACENTRIFUGA	OPTIMA TLX	RIC
ULTRACENTRIFUGA	OPTIMA XL 90	RIC