

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0031530

DATA: 13/03/2026

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica su sistemi di produzione NIHON KOHDEN CORP – AVEC.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [08-03]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0031530_2026_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	919A6A178E8CF9CEBB952EB1BF3B1297 B8130D64BE7666FA7F4D5EE1B88318C1
PG0031530_2026_Allegato1.pdf:		1E62042B5555493A198E44714C0FB114F B85B57687771D3B1FFC34F77440AE3F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

Operatori economici
Loro sedi, ,

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica su sistemi di produzione NIHON KOHDEN CORP – AVEC.

Con la presente si intende espletare consultazione preliminare di mercato per la fornitura di servizi di manutenzione, come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Fabbisogno:

La presente consultazione preliminare di mercato ha come oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, di durata pluriennale, su apparecchiature di produzione Nihon Kohden Corp secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate per le esigenze dell'Azienda Usl di Bologna, dell'Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e dell'Azienda Usl di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.


Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, per tutte le tipologie di tecnologie incluse in “Allegato – ELENCO APPARECCHIATURE”, senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di tecnologie dello stesso fabbricante oppure potranno essere modificate le condizioni di fornitura qualora si renda necessario.

Produttore/Fabbricante:

- Nihon Kohden Corp

Tipologia apparecchiature:

- Centrale di monitoraggio
- Defibrillatore



- Defibrillatore semi-automatico esterno
- Elettrocardiografo
- Monitor
- Modulo per monitor
- Pulsossimetro
- Sistema per telemetria parametri vitali
- Unità trasmittente per telemetria cardiologica

Tipologie contrattuali incluse nella fornitura

Tipologia di Contratto	Descrizione
FORNITURA RICAMBI (RIC)	Contratto di fornitura di manodopera per attività di manutenzione correttiva o preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso.

Requisiti minimi richiesti:


FORNITURA RICAMBI (RIC)

Il contratto di fornitura ricambi deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda "ELENCO APPARECCHIATURE RIC" del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx" la fornitura di:

- parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore delle parti di ricambio equivalenti di compatibilità con i ricambi originali)
- dispositivi medici pluriuso necessari al funzionamento del sistema originali o compatibili funzionalmente equivalenti (fornire evidenza del produttore dei dispositivi medici pluriuso equivalenti di compatibilità con i dispositivi pluriuso originali)
- attività di assistenza tecnica correttiva o preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) su chiamata

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva come da indicazioni del Fabbricante per gli specifici modelli: allegare copia delle iniziative formative del fabbricante o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato o autocertificazione di effettuare l'attività secondo le specifiche del fabbricante, allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici.
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 16 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)



- Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)
- Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 24 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)

Aziende interessate

Avec

Si precisa che tale consultazione ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto con riferimento a quanto meglio dettagliato nell'ALLEGATO.

Al fine di valutare il possesso dei requisiti minimi sopra richiesti, dovrà essere presentata la seguente documentazione:


- Una relazione sull'Azienda (organizzazione, struttura, etc.);
- Attestazione in corso di validità (specificare scadenza) del Fabbrikante che il fornitore è centro assistenza autorizzato. In assenza attestati di formazione effettuata dal fabbricante inerente agli specifici modelli oggetto dell'indagine. In assenza autocertificazione di effettuare l'attività secondo le specifiche del fabbricante allegando relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio richiesto e CV dei tecnici
- dichiarazione da parte del produttore dei ricambi che si tratta di ricambi originali o equivalenti
- dichiarazione di accettazione dei tempi di intervento/ risoluzione / approvvigionamento sopra specificati

In assenza della documentazione di cui sopra l'istanza non sarà considerata valida.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura del servizio sopra descritto, dovrà manifestare il proprio interesse entro le ore: 12.00 del giorno 15.04.2026.

La suddetta manifestazione di interesse sarà espressa dagli OO.EE. **unicamente** sulla piattaforma Sater messa a disposizione da IntercentER.

Il S.A.A.V. dell'Azienda USL di Bologna non accetterà altre modalità di manifestazione di interesse, sollevandosi da ogni responsabilità per mancata ricezione della documentazione laddove sia dimostrato che gli OOE non si siano attenuti alla richiesta di cui sopra.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Si resta a disposizione per ogni altra informazione che potrà essere richiesta scrivendo all'indirizzo:
cataldo.valentini@ausl.bologna.it, oppure telefonicamente al nr. 051-607.9923.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Cataldo Valentini

Tipologia	Modello	Tipologia contrattuale
CENTRALE MONITORAGGIO	CNS 6201	RIC
CENTRALE MONITORAGGIO	CNS-6201K	RIC
CENTRALE MONITORAGGIO	CNS-9101	RIC
CENTRALE MONITORAGGIO	CNS-9300	RIC
CENTRALE MONITORAGGIO	PU-621R	RIC
DEFIBRILLATORE	CARDIOLIFE TEC-5621	RIC
DEFIBRILLATORE	CARDIOLIFE TEC-5631	RIC
DEFIBRILLATORE	CARDIOLIFE TEC-7100R	RIC
DEFIBRILLATORE	CARDIOLIFE TEC-7511R	RIC
DEFIBRILLATORE	CARDIOLIFE TEC-7621R	RIC
DEFIBRILLATORE	CARDIOLIFE TEC-7731R	RIC
DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO	CARDIOLIFE AED-3100K	RIC
ELETTROCARDIOGRAFO	CARDIOFAX	RIC
ELETTROCARDIOGRAFO	CARDIOFAX C ECG-1150K	RIC
ELETTROCARDIOGRAFO	CARDIOFAX GEM ECG-9010	RIC
ELETTROCARDIOGRAFO	CARDIOFAX GEM ECG-9020R	RIC
ELETTROCARDIOGRAFO	CARDIOFAX M ECG-3350	RIC
MODULO PER MONITOR	AA-174P	RIC
MODULO PER MONITOR	AP-918P	RIC
MODULO PER MONITOR	AY-663P	RIC
MODULO PER MONITOR	TOF AF-101PK	RIC
MODULO PER MONITOR	WS-201P	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE 6 OEC-6501K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE A BSM-5105K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE G5	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE G5 CSM-1502	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE G7 CSM-1702	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE I BSM-2301K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE L BSM-2351K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE P BSM-4103K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE PT BSM 1763	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE PT BSM-1753K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE PT BSM-1763K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE TR BSM-6301K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE TR BSM-6701K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE VS BSM 3562	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE VS BSM-3562K	RIC
MONITOR	LIFE SCOPE VS BSM-3763K	RIC
MONITOR	LIFESCOPE N PVM-2701	RIC
MONITOR	SVM-7160	RIC
MONITOR	VISMO PVM-4731	RIC
MONITOR	VISMO PVM-4761	RIC
MONITOR	VISMO PVM-4763	RIC
PULSOSSIMETRO	OXYPAL NEO OLV-3100K	RIC
SISTEMA PER TELEMETRIA PARAMETRI VITALI	ORG-9100K	RIC
UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA PARAMETRI VITALI	LIFE SCOPE G3	RIC
UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	GZ-130P	RIC
UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	GZ-130PG	RIC
UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	ZM-530P	RIC
UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	ZM-920PG	RIC
UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	ZS-910PG	RIC