

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0025524

DATA: 02/03/2026

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA DURATA DI TRE ANNI CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO, ANNO PER ANNO, DI ULTERIORI DUE ANNI, DI DEFIBRILLATORI INDOSSABILI DA DESTINARE ALLA U.O. CARDIOLOGIA DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT' ORSOLA E ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0025524_2026_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	35B040D38EE3C69EA2C3621F462FE7F21 8988E0636693DF3C120BE6A465D4499



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Operatori economici
Loro sedi

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA DURATA DI TRE ANNI CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO, ANNO PER ANNO, DI ULTERIORI DUE ANNI, DI DEFIBRILLATORI INDOSSABILI DA DESTINARE ALLA U.O. CARDIOLOGIA DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT' ORSOLA E ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA.

Con riguardo alla necessità di procedere con una procedura di gara, si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura indicata in oggetto che dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche indispensabili:

Fabbisogno

Il servizio dovrà includere:

- fornitura di defibrillatori indossabili con caratteristiche riportate nel seguito;
- consegna presso la struttura richiedente, entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta, e formazione al paziente;
- servizio di assistenza tecnica a domicilio del paziente;
- ritiro del sistema al termine dell'utilizzo.

Caratteristiche tecniche di minima richieste


- Defibrillatore automatico indossabile destinato a pazienti a rischio di morte cardiaca improvvisa (MCI) per trattare fibrillazione ventricolare erogando uno shock elettrico al cuore
- Elevata vestibilità secondo la corporatura del paziente
- Monitoraggio continuo del tracciato ECG
- Erogazione dello shock di defibrillazione in meno di un minuto preceduta da allarmi acustici e visivi
- Livello energetico degli shock di defibrillazione preconfigurabile per garantire la massima efficacia nella defibrillazione
- Possibilità di registrazione e memorizzazione dei tracciati ECG e degli eventi sintomatici (tracciati ECG in presenza di aritmie)
- Possibilità di trasmissione remota dei dati memorizzati al medico curante
- Alimentazione a batteria ricaricabile con elevata autonomia

Angela Melucci

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051/6079690
angela.melucci@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



- Completo di tutti gli accessori e il materiale dedicato o consumabile necessari al corretto funzionamento e alla preparazione del sistema

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le ditte interessate dovranno allegare la sola documentazione tecnica del sistema proposto le cui caratteristiche siano idonee a soddisfare quanto richiesto.

Le ditte potranno manifestare il loro interesse unicamente attraverso piattaforma Intercent-ER Sater, entro le **ore 12 del giorno 3.4.2026**.

Le manifestazioni di interesse arrivate con altre modalità e fuori tempo massimo non saranno prese in considerazione.

Lo scrivente Servizio non accetterà nessuna altra modalità, oltre quella indicata sopra, per manifestare interesse da parte degli operatori economici.

Si resta a disposizione per ogni informazione relativa alla presente indagine di mercato potrà essere richiesta al seguente indirizzo: angela.melucci@ausl.bologna.it

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Antonia Crugliano