



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0071903  
DATA: 11/06/2026  
OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato relativa alla fornitura di Sistema per la sostituzione percutanea valvola cardiaca polmonare per trattamento del rigurgito polmonare per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Testa

CLASSIFICAZIONI:


- [08-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0071903_2026_Lettera_firmata.pdf	Testa Anna Maria	33832F3B5C487DCFC2E118D7C8C18FE0 A94D414C049B4588751117A7DB856916



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo  
UOC Servizio Acquisti di Area Vasta  
Settore Beni Sanitari

**OPERATORI ECONOMICI VARI**  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Consultazione preliminare di mercato relativa alla fornitura di Sistema per la sostituzione percutanea valvola cardiaca polmonare per trattamento del rigurgito polmonare per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

Con il presente avviso, l'Azienda USL di Bologna – in qualità di Stazione Appaltante, tramite il Servizio Acquisti di Area Vasta (SAAV), intende espletare una consultazione di mercato per individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, potenziali Operatori Economici da invitare all'eventuale procedura di fornitura del dispositivo in oggetto, ai sensi del D. Lgs. n° 36/2023.

**DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO**

*Sistema transcateretere indicato per la sostituzione della valvola cardiaca polmonare per il trattamento del rigurgito polmonare moderato o severo in pazienti adulti e pediatrici con tratto di efflusso ventricolare destro nativo o riparato chirurgicamente con patch e altezza dell'RVOT compreso tra 5 cm e 6 cm - **Tipo HARMONY***

**CARATTERISTICHE DI NATURA TECNICA DEL BENE**

1. Valvola in tessuto di pericardio porcino a 3 lembi, collegata mediante suture in PTFE a un segmento smerlato sul lato di afflusso della valvola ad uno stent autoespandibile in nitinol;
2. sistema di rilascio dedicato per impianto transcateretere per via venosa;
3. configurazione a clessidra con le due estremità, prossimale e distale, non speculari in particolare il diametro dell'estremità prossimale compreso tra 41 e 54 mm e quella distale tra 32 e 43 mm
4. Possibilità di ricattura della valvola prima del rilascio e posizionamento della stessa, ovvero prima dell'espansione della valvola


Si precisa che tale consultazione ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

**Simonetta Dalloppio**

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)  
0516079906  
simonetta.dalloppio@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora gli Operatori Economici interessati producano e/o commercializzino il dispositivo sopra descritto dovranno inviare **la sola documentazione tecnica**.

Tale istanza dovrà essere inviata sul portale SATER di Intercent-ER dove è pubblicata la presente consultazione di mercato entro e non oltre la data indicata sul portale stesso.

La suddetta manifestazione di interesse sarà espressa dagli OO.EE. unicamente sulla piattaforma sopra indicata.

Il SAAV dell'Azienda USL di Bologna non accetterà altre modalità di presentazione della manifestazione di interesse, sollevandosi da ogni responsabilità per mancata ricezione della documentazione laddove sia dimostrato che gli OO.EE. non si siano attenuti alla richiesta di cui sopra.

La presente indagine di mercato è pubblicata anche sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Per eventuali chiarimenti la Ditta potrà rivolgersi al Servizio Acquisti Area Vasta - Via Gramsci, 12 – piano terra - 40121 BOLOGNA - tel. 051/6079906

Distinti saluti.

(Fascicolo n. 1944/2026)

Firmato digitalmente da:

**Anna Maria Testa**  
(Responsabile dell'affidamento - RUPA)

Responsabile procedimento:  
Anna Maria Testa